

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 30 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมมูโนอิสโตเดกเม

วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการย้อมอิมมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมมูโนอิสโตเดกเมสทรี (IHC)

2.2 เป็นน้ำยาชนิดเข้มข้นต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4 ใช้ตรวจหา Antigen C-myc ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.6 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.7 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.8 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามรายการที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขอเชยลสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.11 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

2.12 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาก่อนหน้ากรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวェชภัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.13 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.14 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนด ผู้ที่ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. พศ. พญ. นภาพร ภูริพัฒน์ อาจารย์

นางสาว กานดา

ประธาน

2. นางอุณาพร

สิทธิวีไล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นาย นพ. น.

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร.นิกร ฉตนา

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 31 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมูโนอิสโตเคมี

วัสดุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการย้อมอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมูโนอิสโตเคมีสหรัฐ (IHC)

2.2 เป็นน้ำยาชนิดเข้มข้นต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4 ใช้ตรวจหา Antigen NSE ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.5 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.6 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.7 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.8 น้ำยาไม่ถูกต้องกว่า 1 ปี

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาน้ำเงินที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.10 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงส่วนสิทธิ์ออกเลิกสัญญาได้

2.11 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อออกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในการนัดปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวาชภัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.12 กรณีผู้ซื้อขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ซื้อขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้ซื้อขอเมืองที่จังหวัดออกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ออกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ซื้อขาย

2.13 ผู้ยื่นเสนอราคาน้ำยาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดไว้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภริพัฒน์ อารยะ

นางสาว กานดา ภูมิธรรม

ประธาน

2. นางอุณาพร สิทธิวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

กรรณิกา ยอดอุ่น

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 32 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนด้านการย้อมอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมูโนอิสโตเคมีสทรี (IHC)

2.2 น้ำยาชนิดเข้มข้น (Concentrate) โดยต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4 ใช้ตรวจหา Antigen PSA ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.5 น้ำยาไม้อายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.6 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.7 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.8 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่าง กว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.11 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงส่วนสิทธิ์ของออกเลิกสัญญาได้

2.12 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวงเงินทั้งหมดนั้น ๆ

2.13 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งของตามใบสั่งเชื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ซื้อขาย

2.14 ผู้ยื่นเสนอราคาน้ำยาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดไว้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภริพัฒน์ อารยะ

นางสาว นภาพร ภริพัฒน์

ประธาน

2. นางอุณาพร สิทธิวิໄລ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ใจดี

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายกรรณิกา ยอดอุ่น

กรรมการ

เอกสารแบบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 33 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในด้านการย้อมอิมมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1. เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมมูโนอิสโตเคมี (IHC)

2.2 เป็นน้ำยานิดเข้มข้นต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4 ใช้ตรวจหา Antigen CD4 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.5 น้ำยามีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.6 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.7 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.8 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่าง กว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนึ่งกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.11 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลลงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้

2.12 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวงกัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.13 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.14 ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดไว้ทั้งแบบแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภริพัฒน์ อารยะ

นางสาว ภูวดล ธรรมนัส

ประธาน

2. นางอุนาพร

สิทธิรุ่งไคล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ. สุวิทย์ ใจดี

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร. นิล ธรรมชาติ

กรรมการ

เอกสารแบบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 34 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาวด

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาวด

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในด้านการย้อมอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาวด

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1. เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมูโนอิสโตเคมีสทรี (IHC)

2.2 เป็นน้ำยานิดเข้มข้นต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4 ใช้ตรวจหา Antigen PAX8 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.5 น้ำยาไม้อายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.6 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.7 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.8 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่าง กว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนองกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามรายการที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขาดเชิงสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.11 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงส่วนสิทธิ์ออกเลิกสัญญาได้

2.12 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อออกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวงเงินทั้งหมดนั้น ๆ

2.13 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ออกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ออกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.14 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดไว้ทั้งแบบแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. พศ.พญ.นภาร พฤตพัฒน์ อารยะ

นางสาว ภูวดล ธรรมรงค์

ประธาน

2. นางอุณาพร

สิทธิวีໄລ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นาย ๗๔

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา

ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร.นิกร ยอดอุ่น

กรรมการ

เลขที่แผน 67036

ชื่อแผน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (1)

รายการ Fibrinogen/FITC (น้ำยาสำหรับย้อมงานอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์)

ความต้องการ Fibrinogen/FITC

วัสดุประสงค์ ใช้เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นน้ำยาแอนติบอดี้เตรียมจาก rabbit antiserum ที่จำเพาะต่อ human Fibrinogen

2.2 ติดฉลากด้วยสาร Fluorescein isothiocyanate (FITC)

2.3 เทมาะสำหรับการศึกษาโปรตีน Fibrinogen ใน Tissue โดยใช้เทคนิคด้าน immunofluorescence

2.4 สามารถใช้ตรวจทางคลินิกได้ (In Vitro Diagnostic)

2.5 ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ วันผลิต หรือวันหมดอายุ (Expiry Date) หรือวันครบกำหนดการทดสอบซ้ำ (Re-test Date)

2.6 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.7 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.8 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภิญญา ประ汉กรรมการ |
| 2. นางอุมาพร สิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |

2.9 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหนดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชี่ยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางวัดตนนั้น ๆ

2.10 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไปถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.11 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว ภูริพัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นางอุณาพร สิทธิวิไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ
3. นางสาวกรณิการ์ ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	ณัฐิ์ ยอดอุ่น	กรรมการ

เลขที่แนบ 67036

ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภ่ายวิภาค (1)

รายการ C3c Complement /FITC complement (น้ำยาสำหรับย้อมงานอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์)

ความต้องการ C3c Complement /FITC complement

วัสดุประสงค์ ใช้เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็น purified immunoglobulin fraction ของ rabbit antiserum C3c conjugated ด้วย fluorescein isothiocyanate isomer 1.(FITC)

2.2 ติดฉลากด้วยสาร Fluorescein isothiocyanate (FITC).

2.3 สามารถใช้ตรวจทางคลินิกได้ (In Vitro Diagnostic)

2.4 ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ วันผลิต หรือวันหมดอายุ (Expiry Date) หรือวันครบกำหนดการทดสอบซ้ำ (Retest Date)

2.5 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา ก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อมองกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขาย ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ ขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1. พศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว... ภรรยา..... ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุณาพร สิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหนดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางวัดนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคายังที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว..... ^{ภูริพัฒน์} ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุมาพร สิทธิวิวัฒน์ | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |

เลขที่แนบ 67036

ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภ่ายวิภาค (1)

รายการ C1q Complement /FITC complement (น้ำยาสำหรับย้อมงานอิมูโนฟลูออเรสเซนต์)

ความต้องการ C1q Complement /FITC complement

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมูโนฟลูออเรสเซนต์

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมูโนฟลูออเรสเซนต์

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็น purified immunoglobulin fraction ของ rabbit antiserum C1q

2.2 conjugated

ด้วย fluorescein isothiocyanate isomer 1.(FITC)

2.3 ติดคลากด้วยสาร Fluorescein isothiocyanate (FITC).

2.4 สามารถใช้ตรวจทางคลินิกได้ (In Vitro Diagnostic)

2.5 ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ วันผลิต หรือวันหมดอายุ (Expiry Date) หรือวันครบ

กำหนดการทดสอบซ้ำ (Retest Date)

2.5 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน
มาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บหั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขาย
ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชาระบบทางส่วนสิทธิ์
ขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภรณ์ พันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุลนาพร สิทธิ์วิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | ไอลอร์ อุตะน์ | กรรมการ |

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหนดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาก้ำดูงวดนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จัดขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จัดขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว นภัสสร ประธนากรรมการ
2. นางอุณาพร สิทธิ์วิไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 38 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมูโนฮิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในด้านการย้อมอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมูโนฮิสโตเคมีสีทรี (IHC)

2.2 น้ำยาขนาดเข้มข้น (Concentrate) โดยต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4. ใช้ตรวจหา Antigen p53 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.5. น้ำยาไม้อายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.6 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.7 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.8 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อเทียบกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามรายการที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขาดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.11 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

2.12 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวาชภัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.13 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.14 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดไว้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภูริพัฒน์ อภารย์

นางสาว ภูริพัฒน์

ประธาน

2. นางอุนาพร สิทธิวิໄລ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสุรินทร์ ฤทธิ์

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายกรรณิกา ยอดอุ่น

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนน 67036 ลำดับ 39 ปี 2567
ชื่อแนน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานอิมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในด้านการย้อมอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นน้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยาโดยวิธีการย้อมแบบอิมูโนอิสโตเคมีสทรี (IHC)

2.2 น้ำยาชนิดเข้มข้น (Concentrate) โดยต้องทำการเจือจางก่อนใช้งาน

2.3 ใช้ย้อมชิ้นเนื้อจาก Paraffin-Embed Section, Frozen Section

2.4 ใช้ตรวจหา Antigen CD10 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry

2.5 น้ำยาไม้อายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.6 บรรจุในขวดพร้อมใช้ขนาด 1 มิลลิลิตร

2.7 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C

2.8 บรรจุภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล

2.9 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.10 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนับกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเบลี่ยนสินค้าตามรายการที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.11 หากพบปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลลงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

2.12 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวาชภัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.13 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.14 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดไว้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. พศ. พญ. นภาพร ภูริพัฒน์ อภาร্য

นางสาว รุ่งอรุณ

ประธาน

2. นางอุณาพร

สิทธิวิไล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

3. นางสาวกรณิการ์ ยอดอุ่น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร. กานต์ ฤทธิ์

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนน 67036 ลำดับ 40 ปี 2567
ชื่อแนน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาวด

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานย้อมอิมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาวด

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในด้านการย้อมอิมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาวด

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 ใช้ตรวจหาโปรตีน CD163 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry ในชิ้นเนื้อ Formalin-Fixed, paraffin embedded tissue section

2.2 แอนติบอดี้ชนิด monoclonal antibody

2.3 เป็นน้ำยาสำเร็จรูปสามารถเจือจากที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้

2.4 สามารถใช้ตรวจในมนุษย์หรือทางคลินิกได้ (In Vitro Diagnostic)

2.5 อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ 2-8 °C

2.6 บรรจุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงรายละเอียด

2.7 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.8 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนองกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ไม่มีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขอเชยลินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.9 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

2.10 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวงกัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.11 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.12 ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดไว้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภริพัฒน์ อภารย์

นางสาว กุ๊กนัน

ประธาน

2. นางอุนาพร

ลิทธิวีไล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นาย ๔

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร.นิกร ยอดอุ่น

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนน 67036 ลำดับ 41 ปี 2567
ชื่อแนน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานย้อมอิมมูโนอิสโตริเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยา Antibody ที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติก ใช้ตรวจหาแอนติเจนในด้านการย้อมอิมมูโนพยาธิวิทยา สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 ใช้ตรวจหาโปรตีน Terminal Deoxynucleotidyl Transferatin ในเนื้อยื่นเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry ในชิ้นเนื้อ Formalin-Fixed, paraffin embedded tissue section

2.2 แอนติบอดี้ชนิด monoclonal antibody

2.3 เป็นน้ำยาสำเร็จรูปสามารถเจือจางที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้

2.4 สามารถใช้ตรวจในมนุษย์หรือทางคลินิกได้ (In Vitro Diagnostic)

2.5 อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ 2-8 °C

2.6 บรรจุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงรายละเอียด

2.7 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.8 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่ອอกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยน สินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.9 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้

2.10 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจ ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวงกันทั้งหมดนั้น ๆ

2.11 กรณีผู้ซื้อขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ซื้อขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้ซื้อขาย

2.12 ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดไว้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภูริพัฒน์ อาจารย์

นางสาว ภูริพัฒน์

ประธาน

2. นางอุณาพร

สิทธิวิไล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นาย วิไล

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

กรรณิกา ยอดอุ่น

กรรมการ

เอกสารแบบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนบ 67036 ลำดับ 42 ปี 2567
ชื่อแนบ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานย้อมอิมมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมมูโนอิสโตเคมี สามารถใช้ได้กับเครื่องย้อมขึ้นเนื้ออัตโนมัติ
ด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 แอนติบอดี้แบบพร้อมใช้ทันที โดยไม่ต้องทำการเจือจาง (Ready-to-use)

2.2 ใช้ตรวจหาโปรตีน p40 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry ในขั้นเนื้อ Formalin-Fixed, paraffin embedded tissue section

2.3 แอนติบอดี้ชนิด monoclonal antibody

2.4 สามารถใช้ตรวจในมนุษย์หรือทางคลินิกได้ (In Vitro Diagnostic)

2.5 อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ 2-8 °C

2.6 บรรจุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมีเอกสารแสดงรายละเอียด

2.7 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.8 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่ອอกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.9 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

2.10 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวงเงินนั้น ๆ

2.11 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา หักหนดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.12 ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดผู้ที่ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภริพัฒน์ อภารย์

นางสาว ภูวดล ธรรมนัส

ประธาน

2. นางอุณาพร สิทธิวิໄລ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นาย จิตราษฎร์ ใจดี

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร. นิกร ฤทธิ์

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายที่ 1.2
เลขที่แนน 67036 ลำดับ 43 ปี 2567
ชื่อแนน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (3)

ความต้องการ น้ำยาแอนติบอดี้สำหรับงานย้อมอิมมูโนอิสโตเคมี
วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์น้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ตรวจหาแอนติเจนในการ ย้อมพิเศษด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา
สำหรับงานพยาธิวิทยาภัยวิภาค

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาแอนติบอดี้ที่ใช้ในงานย้อมด้านอิมมูโนอิสโตเคมีสามารถใช้ได้กับเครื่องย้อมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ
ด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 แอนติบอดี้ชนิด mouse monoclonal primary antibody

2.2 ใช้สำหรับตรวจหาโปรตีน p16 ในเนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยวิธี Immunohistochemistry ในชิ้นเนื้อ^{formalin-fixed, paraffin embedded tissue section}

2.3 เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทันที (ready to use)

2.4 อุณหภูมิการเก็บรักษา 2-8 องศาเซลเซียส

2.5 ผลิตภัณฑ์ 1 กล่อง บรรจุ 50 เทสต์ (50 test/1 กล่อง)

2.6 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

2.7 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนึ่งกันทุก lot กรณีพบว่าสินค้า lot ไม่มีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาน้ำเงินที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.8 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลลงส่วนสิทธิ์ออกเลิกสัญญาได้

2.9 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาวาชภัณฑ์งวดนั้น ๆ

2.10 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ออกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ออกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.11 ผู้ยื่นเสนอราคาน้ำยาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดไว้ทั้งบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ. พญ. นภาพร ภูริพัฒน์ อาจารย์

นางสาว กุหลาบ ใจดี

ประธาน

2. นางอุนาพร

สิทธิวิໄລ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นาย ๔-

กรรมการ

3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ดร. นิกร ฤทธิ์

กรรมการ

เลขที่แผน 67036

ชื่อแผน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภายในวิภาค (1)

รายการ สไลด์ปลายฝ้า

ความต้องการ สไลด์ปลายฝ้า

วัตถุประสงค์ ใช้เพื่อเตรียมสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นกระจกใสปลายด้านหนึ่งมีฝ้า ทำความสะอาดพร้อมใช้

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นกระจกสไลด์ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว หนา 1.0 – 1.2 มิลลิเมตร

2.2 กระจกสไลด์มีปลายฝ้าละเอียด โดยเขียนด้วยดินสอแล้วเท็นด้วยอัคซ์รัชเดน หากย้อมสีต่าง ๆ แล้วด้วยอัคซ์รไม่จางหาย

2.3 แผ่นกระจกสไลด์ตัดมนุ่งทั้ง 4 มุม และขัดขอบเรียบเพื่อลดความคม

ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ วันผลิต หรือวันหมดอายุ (Expiry Date) หรือวันครบ

กำหนดการทดสอบ (Retest Date)

2.5 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา ก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขาย ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ ขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว ภันธุ์อนันต์	ประธานกรรมการ
2. นางอุณาพร สิทธิวิไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	นายกร ยอดอุ่น	กรรมการ

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพับปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากล่องเดือนนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จัดขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จัดขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จัดซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อซึ่งซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคายังที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภันธุ์อนุรุ่ง ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุมาพร สิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรณิการ์ ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | นายศิริวัฒน์ อุดมกุล กรรมการ |

เลขที่แผน 67036

ชื่อแผน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาการวิภาค (1)

รายการ cover glass 24*50 mm

ความต้องการ cover glass 24*50 mm

วัสดุประสงค์ ใช้เป็นแผ่นกระจกสำหรับปิดวัสดุบนสไลด์

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นกระจกบางใสรูปสี่เหลี่ยมมีความสะอาดมากไม่มัว ทำให้ส่องดูตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้อย่างชัดเจน

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นแผ่นกระจกปิดสไลด์คุณภาพสูงผลิตจากแก้วอโรซิลิกาต (Borosilicate glass)

2.2 ขนาด 24*50 มิลลิเมตร มีความหนาไม่เกิน 0.16 มม.

2.3 เป็นแผ่นกระจกบางใส แข็งแรงไม่แตกง่าย

2.4 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมสามารถใช้งานได้สะดวก

2.5 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา ก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บห้างมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับพยาบาลส่วนสิทธิ์ ขอยกเลิกสัญญาได้

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. พศ.พญ.นภพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภูริพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุณาพร สิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | | กรรมการ |

ของราคาพัสดุงวดนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว ภริณี ประฐานกรรมการ
2. นางอุณาพร สิทธิวิไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

เลขที่แฟ้ม 67036

ชื่อแฟ้ม เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาการวิภาค (1)

รายการ สไลด์เคลือบประจุสำหรับใช้ในงานอิมโนพยาธิ Slide Color frost plus

ความต้องการ Slide Color frost plus ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 72 แผ่น/กล่อง

วัสดุประสงค์ เป็นแผ่นสไลด์แก้วเคลือบประจุสำหรับงานย้อมสีทางอิมโนพยาธิ

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นกระจกผิวน้ำสไลด์มีคุณสมบัติ hydrophilic เพิ่มการยึดเกาะระหว่างชิ้นเนื้อ และแผ่นสไลด์

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นแผ่นกระจกสไลด์ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 75*25 mm. หนา 1.0 – 1.2 มิลลิเมตร

2.2 ด้านบนของสไลด์เป็นฝ้าสีขาว หรือสีอื่นสำหรับเขียนหรือพิมพ์ให้เห็นข้อความชัดเจน

2.3 ทนต่อตัวทำละลายต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

2.4 บรรจุภัณฑ์เหมาะสมสามารถใช้งานได้สะดวก

2.5 ตินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บห้างมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขอเชย์สินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลส่วนสิทธิ์ของยกเลิกสัญญาได้

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว นริษฐ์ ประฐานกรรมการ
2. นางอุณาพร สิทธิ์วิไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

ของราคาพัสดุคงทนนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว นริธรรม ประ汉กรรมการ
2. นางอุณาพร สิทธิวิไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

เลขที่แผน 67036 ลำดับที่ 42

ชื่อแผน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาการวิภาวด (1)

รายการ Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) 100g

ความต้องการ Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) 100g

วัตถุประสงค์ สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reagent & Standard)

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดมีฝ้าปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นเนื้อหลุดออกจากใน Chamber ของเครื่อง Tissue process ขณะเข้าสู่กระบวนการเตรียมขั้นเนื้อด้วยน้ำยาเคมี

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 มีสูตรโครงสร้างทางเคมี $C_{16}H_{14}O_6 \cdot H_2O$

2.2 เป็นเกรด ACS, Reag. Ph Eur หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2.3 ขนาดบรรจุต่อขวดไม่น้อยกว่า 100 กรัม

2.4 ผู้เสนอราคายังต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพหรือมีใบรายงานผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของวัตถุดิบของผู้ผลิต (Certificate of Analysis; COA) ที่เป็นรุ่น LOT เดียวกัน

2.5 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเบลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลส่วนสิทธิ์ของกสิกรไทยได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. พศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภูริพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุณาพร สิทธิวีไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | อรุณรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | ณัฐิ์ ยอดอุ่น | กรรมการ |

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพับปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากล่องเดือนนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภรัสวดี ประранกรรมการ |
| 2. นางอุณาพร สิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ๑๐๗ กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | ๒๖๓๙๔ กรรมการ |

เลขที่แผน 67036 ลำดับที่ 43

ชื่อแผน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาค (1)

รายการ Congo Red (C.I. 22120) 25G

ความต้องการ Congo Red (C.I. 22120) 25G

วัตถุประสงค์ สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reagent & Standard)

1. คุณลักษณะทั่วไป

สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reagent & Standard)

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 มีสูตรโครงสร้างทางเคมี $C_3H_{22}N_6Na_2O_6S_2$ (Hill) หมายเลข CAS 573-58-0

2.2 เป็นเกรด ACS, Reag. Ph Eur หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2.3 ขนาดบรรจุต่อขวดไม่น้อยกว่า 25 กรัม

2.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพหรือมีใบรายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบของผู้ผลิต (Certificate of Analysis; COA) ที่เป็นรุ่น LOT เดียวกัน

2.5 สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล Lot กรณีพิพากษาสินค้า Lot ไม่มีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลส่งวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหนดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. พศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว นงนัช ประранกรรมการ |
| 2. นางอุมาพร สิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ดร. อรุณรัตน์ กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | ณัฐิ์ สงวน กรรมการ |

ของราคาพัสดุคงวนนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาก่อนที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะกรรมการ
วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. ผศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภูริพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุณาพร ลิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | | กรรมการ |

เลขที่แผน 67036 ลำดับที่ 44

ชื่อแผน เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภัยวิภาวดี (1)

รายการ Nitric Acid (65% for analysis) 2.5L

ความต้องการ Nitric Acid (65% for analysis) 2.5L

วัสดุประสงค์ สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reagent & Standard)

1. คุณลักษณะทั่วไป

สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reagent & Standard)

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 มีสูตรโครงสร้างทางเคมี HNO_3 หมายเลข CAS 7697-37-2

2.2 Synonyms: Aqua fortis, Hydrogen Nitrate, Azotic acid

2.2 เป็นเกรด ACS, Reag. Ph Eur หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2.3 ขนาดบรรจุต่อขวดไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร

2.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพหรือมีใบรายงานผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของวัสดุดิบของผู้ผลิต (Certificate of Analysis; COA) ที่เป็นรุ่น LOT เดียวกัน

2.5 ลินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน
มาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

2.6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ

2.7 หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขาย
ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชาระบบทั่วไป
ขอยกเลิกสัญญาได้

2.8 บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในการเนื้อพบปัญหาคุณภาพจาก

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. พศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์ | อาจารย์ | นางสาว ภรัสวดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอุณาพร ลิทธิวิไล | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ดร. | กรรมการ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ ยอดอุ่น | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | มนต์ ยอดอุ่น | กรรมการ |

ผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางดูดันนั้น ๆ

2.9 กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

2.10 ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. พศ.พญ.นภาพร ภูริพัฒน์	อาจารย์	นางสาว ภูริพัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นางอุณาพร สิกอร์วีไล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ดร.	กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ยอดอุ่น	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	โภเนตร ยอดอุ่น	กรรมการ