

แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์วิสัญญี
เข็มเจาะเข้าน้ำไขสันหลัง

ขนาด ๑๘G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๐G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๑G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๒G x ๓ ๑/๒"

ลักษณะทั่วไป

เข็มใช้สำหรับเจาะเข้าไปในช่องไขสันหลังแบบ Quinke Bevel

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Cannula : ทำจาก Stainless Steel มีปลายหน้าตัดเข็มแบบ Quinke มีขนาดดังนี้

๑.๑ ขนาด ๑๘G x ๓ ๑/๒"

๑.๒ ขนาด ๒๐G x ๓ ๑/๒"

๑.๓ ขนาด ๒๑G x ๓ ๑/๒"

๑.๔ ขนาด ๒๒G x ๓ ๑/๒"

๒. Stylet : ลักษณะเป็นแgnแท่ง Stainless Steel สวมเข้าพอดีกับ Cannula โดยปลายขิดเสมอ
เรียบเป็นชิ้นเดียวกัน ส่วนปลายมีที่จับ ระบุสีขนาดเข็มมาตรฐาน

๓. Plastic Hub ของ Cannula มีความใส่ทำให้มองเห็น CSF ให้ลึกช้อนออกมากได้ง่าย

๔. มี MARKING บอกขนาดเข็มอยู่ที่ปลายด้านมุม เพื่อยืนยันขนาดเข็มก่อนการใช้งาน

๕. บน Plastic Hub ของ Stylet และ Packing มีสีมาตรฐานบ่งบอกถึงขนาดของเข็มเห็นได้เด่นชัด
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการหยิบใช้

๖. เข็มบรรจุแบบ Peel Apart Blister Pack

๗. แสดงหลักฐานการทำให้ปราศจากเชื้อ

๘. โดยพิจารณาร่วมทั้งกลุ่ม ผู้ยื่นเสนอราคាត้องยื่นพิจารณาและยื่นเสนอราคากฎหมายการ ดังนี้

ขนาด ๑๘G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๐G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๑G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๒G x ๓ ๑/๒"

๙. มีเอกสารอ้างอิงผ่าน นอก. ๑๓๘๘ - ๒๕๖๕ หรือเอกสารมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐาน หรือ
เอกสารที่บ่งชี้ถึงมาตรฐานที่สูงกว่า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ *นายสุรัตน์ วงศ์ออม* ประธานกรรมการ ๒ *นายจตุรัตน์ จิราภิน* กรรมการ ๓ *นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ* กรรมการ
(นางสาวสุริรัตน์ วงศ์ออม) (นางสาววิศรา จิราภิน) (นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์วิสัญญี
เข็มเจาะเข้าน้ำไขสันหลัง (ต่อ)

ขนาด ๑๙G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๐G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๑G x ๓ ๑/๒"

ขนาด ๒๒G x ๓ ๑/๒"

คุณลักษณะเฉพาะ

๑๐. ที่ภาชนะบรรจุเข็มฉีดยา อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ขัดเจน

- a. คำว่า “เข็มฉีดยา”
- b. คำว่า “ปราศจากเชื้อ” และ “ใช้ได้ครั้งเดียว”
- c. ประเภท
- d. ขนาดบรรจุ และความยาวตัวเข็ม เป็นมิลลิเมตร
- e. รหัสสีของฐานเข็ม
- f. รหัสรุ่นที่ผลิต หรือวัน เดือน ปีที่ผลิต
- g. เดือน ปีที่หมดอายุการใช้เชื้อ
- h. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

๑๑. ที่ภาชนะบรรจุรวมเข็มฉีดยา อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้เห็นง่ายขัดเจน ต้องแสดงข้อความตาม ข้อ ๑๐ (a) ข้อ ๑๐ (b) ข้อ ๑๐ (c) ข้อ ๑๐ (d) ข้อ ๑๐ (e)
ข้อ ๑๐ (f) ข้อ ๑๐ (g) ข้อ ๑๐ (h)

๑๒. บรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ (นางสาวสรีรัตน์ วงศอม)	ประธานกรรมการ ๒ (นางสาววิศรา จิราภิทน)	กรรมการ ๓ (นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)
-----------------------------------	---	---

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีเกิดการชำรุด ขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือน โดยไม่คิดมูลค่า

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อเทียบกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาราคาพัสดุงวดนั้น ๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑
..... ประชานกรรมการ ๒
..... กรรมการ ๓
..... กรรมการ
(นางสาวสุริรัตน์ วงศอม)
(นางสาววิศรา จิราวดี)
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๕๐ คะแนน
๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดย บริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แห่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ ใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่ เคยจัดซื้อยู่แล้ว)	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ เวชภัณฑ์ แต้ม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๖๐
๒.๒.๒	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ ที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ เวชภัณฑ์ได้	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๐ คะแนน	๖๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็น เวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๕๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑  ประธานกรรมการ ๒  กรรมการ ๓  กรรมการ
 (นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์ออม) (นางสาวริศรา จิราภิญ) (นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

เข็มฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง (spinal needle) ปราศจากเชื้อ

ขนาด 27G x 3 1/2"

ขนาด 25G x 3 1/2"

ขนาด 25G x 4 11/16"

๑. ความต้องการ เข็มฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง (spinal needle) ปราศจากเชื้อ
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเข็มฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชาและหมดความรู้สึก ในส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะทำผ่าตัด
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตัวเข็มทำจากโลหะปลอกสนิม (Stainless Steel) หรือดีกว่า ลักษณะเป็นท่อกลวง มีปลาย ๒ ด้าน ปลายด้านหนึ่งตัดเป็นปลายแหลมมีความคมสูงสำหรับเจาะ มีปลอกพลาสติกที่หัวกาวสุดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหุ้มอยู่
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ ลักษณะปลายเข็มเป็นแบบปลายตัด ลักษณะเป็น "V Shaped" หรือมีลักษณะปลายเข็มที่ทำให้เกิดการฉีดยาที่เนื้อเยื่ออิสระหลังน้อย ตัวเข็มมีความลื่น เพื่อทำให้แทงง่าย
 - ๔.๒ ด้ามเข็ม (Grip-hub) ทำจากพลาสติกหรือโลหะปลอกสนิม หรือ ดีกว่า ลักษณะเป็นท่อกลวง สามารถสวมกับปลายกรอบฉีดยา มีสีขนาดตามมาตรฐานสากล บอกตามขนาดเบอร์ของเข็มเห็นได้เด่นชัด
 - ๔.๓ มี Stylet แบบสนิทกับช่องภายในเข็ม เพื่อป้องกันเข็มตันจากเนื้ออุดรูเข็ม
 - ๔.๔ ลักษณะของ Hub โปร่งแสง ไม่สะท้อนแสง ทำให้สังเกตเห็นน้ำไขสันหลัง (CSF) ได้ง่ายและชัดเจน
 - ๔.๕ ขนาดและความยาวของเข็มที่ต้องการมีเบอร์ 27Gx3 1/2", 25Gx3 1/2", 25Gx4 11/16

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลส่วนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญานี้ในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือชื้อใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องขอใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคaphสุดท้ายนั้นๆ
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซึ่งออกโดยผู้ซื้อ ไม่สิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกศลวิชัย	๒. ชัยวุฒิ รอดอว	๓. วุฒิ ลุน
(นางสาวเกศลวิชัย สายแวง)	(นางสาวชัยวุฒิ ชุมทอง)	(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๑.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีเชื่อถือ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๑.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการนี้เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๘๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๗๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๘๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนธุ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนพนธุ์ ปรมนสมิทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาศัลย์วิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกวลวิญญา.....

(นางสาวเกวลวิญญา สายแวง)

๒. นันดา ธรรมะ.....

(นางสาวนันดา ธรรมะ ชุมทอง)

๓. พ. ลุน.....

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
สายต่อชุดช่วยหายใจพร้อมข้อต่อ (Catheter Mount)

๑. ความต้องการ สายต่อชุดช่วยหายใจพร้อมข้อต่อ (Catheter Mount) ปราศจากเชื้อ
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ทำการเชื่อมต่อระหว่างท่อช่วยหายใจกับเครื่องช่วยหายใจแบบไขครั้งเดียวทิ้ง ใช้เชื่อมต่อในผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดบริเวณใบหน้า ลำคอ หรือมาเจาะคอเพื่อช่วยหายใจและป้องกันการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายต่อชุดช่วยหายใจพร้อมข้อต่อ (Catheter Mount) ทำจากวัสดุ ชนิดใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade) ที่ไม่เกิดปฏิกิริยาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกาย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ สายต่อเป็นท่อคอร์รูเกต (Corrugated) ขนาดยาว ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ เซนติเมตร สามารถบิดงอได้ตามทิศทางที่ต้องการ ผ่านการทดสอบการร้าวซึม ๑๐๐% ตามมาตรฐาน
- ๔.๒ ข้อต่อ (Connector) ด้านหนึ่งโค้งงอ สามารถหมุนได้รอบทิศทาง (Double swivel port connector) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มิลลิเมตร สามารถต่อเข้ากับท่อช่วยหายใจได้
- ๔.๓ ข้อต่อ (Connector) ปลายสายอีกด้านหนึ่งเป็นข้อต่อ (Connector) ต่อตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มิลลิเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บหิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อเทียบกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากลางที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการสรรวจวิธีรพยาบาลส่วนสีทิธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในการณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางดูงวดนั้นๆ
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะกรรมการสรรวจวิธีรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะกรรมการสรรวจวิธีรพยาบาล กำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.นางสาวเมธี.....

(นางสาวเกศลัมย์ สายแวง)

๒.นางสาวชัยณรงค์.....

(นางสาวชัยณรงค์ ชุมทอง)

๓.นางสาวพิมพ์ใจ.....

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการนี้เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อแล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพนุท ปรนสมิทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาวสัญวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกศลวิษัย

(นางสาวเกศลวิษัย สายแวง)

๒. นันดา ชุมทอง
(นางสาวนันดา ชุมทอง)

๓. พ. นน.
(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

ผ้าห่มชนิดที่มี.bnตัวผู้ป่วยแบบลมเป่าขณะผ่าตัด (Blanket warming)

ขนาดครึ่งตัวบน (Multi-Position Upper body Blanket)

ขนาดครึ่งตัวล่าง (Lower Body Blanket)

ขนาดเต็มตัว (Full body Blanket)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ศินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าที่แตกแต่งสินค้าที่มีปัญหาโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนิน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลส่วนสิทธิ ขอยกเลิก
สัญญาได้

๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์
ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ
ราค้าพัสดุคงด้นนั้นๆ

๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล
กำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะ

ເກມສັນຕິພາບ

(นางสาวเกศลอมม์ย สายแวง)

6. two tens

(นางสาวชันษาภักดิ์ ชุมทอง)

m. W. mir

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการมีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อแล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๘.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพูนทรัตน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพูนทรัตน์ ปราณสมิธร์)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาภิวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกวลรัชดา

(นางสาวเกวลรัชดา สายแวง)

๒. พัชรา อรุณ

(นางสาวพัชรา อรุณ ชุมทอง)

๓. พ. บุรินทร์

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

ท่อช่วยหายใจชนิดพิเศษแบบ Endobronchial tube ปราศจากเชื้อ

Endobronchial tube Left No.28 Fr

Endobronchial tube Left No.32 Fr

Endobronchial tube Left No.35 Fr

Endobronchial tube Left No.37 Fr

Endobronchial tube Left No.39 Fr

๑. ความต้องการ ท่อช่วยหายใจชนิดพิเศษแบบ Endobronchial tube ปราศจากเชื้อ

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สอดผ่านสายเสียงเข้าไปในหลอดคอและหลอดลม เพื่อช่วยการหายใจของผู้ป่วย เพื่อการแยกปอดด้านซ้าย (Left main bronchus) หรือเพื่อการแยกปอดด้านขวา (Right main bronchus) ในกรณีผ่าตัดเกี่ยวกับบริเวณทรวงอก ป้องกันการสำลัก หรือแก้ไขภาวะทางดินหายใจอุดกั้นขณะผ่าตัด

๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นท่อช่วยหายใจชนิดพิเศษที่มี ๒ Cuff (Bronchial cuff & Tracheal cuff) และมี ๒ ท่อแยกกัน (double lumen tube) ทำจากวัสดุ ชนิดใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade) แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นท่อช่วยหายใจที่มีความโค้งเหมาะสม มี stylet ใส่ไว้ใน tube เพื่อรักษาความโค้งและรูปร่างของท่อช่วยหายใจ ทำให้ง่ายต่อการใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วย
- ๔.๒ มี ๒ Cuff (Bronchial cuff & Tracheal cuff) และมี ๒ ท่อแยกกัน (Double lumen tube) มีตัวอักษรกำกับแต่ละ Lumen, Pilot balloon และ Cuff ชัดเจน เพื่อย่างต่อการสังเกต
- ๔.๓ Bronchial cuff และ Tracheal cuff เป็นแบบ Low pressure หรือต่ำกว่า
- ๔.๔ มีอักษรกำกับที่ตัวห้อแสดงชัดเจนว่าเป็นข้างซ้าย หรือข้างขวา (Left/Right) และมีระบอบบอกความลึกชัด ตัวเลขชัดเจน
- ๔.๕ มี Right angle ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร Swivel optic-port connector พร้อมฝาปิด และมีช่องดูดเสมหะ (suction port) ในแต่ละห้อ (Lumen) เพื่อสะดวกในการใช้งาน
- ๔.๖ Pilot Balloon มีวัลว์สำหรับใส่อากาศเข้าออกทางเดียว สาย Inflation Line ผ่านการทดสอบ การรั่วซึม ตามมาตรฐาน
- ๔.๗ ทำจากวัสดุที่ผ่านการทดสอบ Implantation test ไม่มีส่วนประกอบของ Latex (Latex Free) ตามมาตรฐาน USP (United States Phamacopia) ไม่เกิดปฏิกิริยาแพ้หรือ เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ๔.๘ ปลายท่อ (Tube) เรียบนิ่ม มีลักษณะโค้งมนทั้งด้านในและด้านนอก
- ๔.๙ มีรอยสารทึบแสง (Radiopaque markers) บริเวณปลายท่อ (Tube) ๒ ตำแหน่งคือ ก่อนถึง Bronchial cuff และ บริเวณปลายเปิดของ Tracheal lumen
- ๔.๑๐ มีข้อต่อ (Connector) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร สามารถต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.เบตต์ลี่ย์.....

(นางสาวเกศลอมัย สายเววา)

๒.ฟาร์น.....

(นางสาวชัญญาภัส ชุมทอง)

๓.วุ. ลุน.....

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อช่วยหายใจชนิดพิเศษแบบ Endobronchial tube ปราศจากเข็ม

Endobronchial tube Left No.๒๔ Fr

Endobronchial tube Left No.๓๖ Fr

Endobronchial tube Left No.๓๘ Fr

Endobronchial tube Left No.๓๙ Fr

Endobronchial tube Left No.๓๙ Fr

๕. เสื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อเทียบกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาน้ำหนักที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสรวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญานี้ในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ ราคาระดับเด่นนั้นๆ
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบ สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.เกศล มัย.....

(นางสาวเกศล มัย สายવ્વા)

๒.ธัญญา คงอย.....

(นางสาวธัญญา คงอย ชุมทอง)

๓.น. หุน.....

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาน่าต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีให้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน ๒. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน ๓. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการมีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน 	๕๐
		<ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๘๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน 	

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนธุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพนธุ ปรนสมิทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาภัย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกษตรวิทยา

(นางสาวเกศลเมย สายแวง)

๒. ชุมพนธุ ชนพนธุ

(นางสาวชัญญาภัค ชุมทอง)

๓. W. ... มน

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

ท่อช่วยหายใจ ชนิดโค้งงอ แบบมี cuff (Endotracheal Tube Prefomed Cuffed Oral)

- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۴.۰ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۴.۵ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۵.۰ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۵.۵ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۶.۰ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۶.۵ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۷.۰ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۷.۵ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ۸.۰ mm

๑. ความต้องการ ท่อช่วยหายใจชนิดโค้งงอใช้สำหรับปากแบบมี Cuff (Endotracheal Tube Prefomed Cuffed Oral)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สอดผ่านสายเลือดเข้าไปในหลอดคอแบบไข้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยการหายใจผู้ป่วยที่ผ่าตัด
บริเวณส่วนของใบหน้าและลำคอ ป้องกันการสำลักหรือแก้ไขภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นท่อช่วยหายใจชนิดโค้งงอแบบมี Cuff ใช้สำหรับปาก ผลิตจากวัสดุ PVC หรือดีกว่า
ชนิดใช้ทางการแพทย์ (Medical grade) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นท่อที่มีความโค้งเหมาะสมและคงรูป ทำให่ง่ายต่อการใส่ท่อทางจมูกให้ผู้ป่วย
- ๔.๒ Cuffed ใส่เป็นแบบ High Volume, Low pressure หรือดีกว่า
- ๔.๓ มีระบบบอกความลึกชัด ตัวเลขชัดเจน
- ๔.๔ Pilot Balloon มีวาร์สำหรับใส่ออกอากาศเข้าออกทางเดียว สาย Inflation Line ผ่านการทดสอบ
การรั่วซึม ตามมาตรฐาน
- ๔.๕ วัดผ่านการทดสอบ Implantation test ไม่มีส่วนประกอบของ Latex (Latex Free) ตามมาตรฐานสากล
ไม่เกิดปฏิกิริยาแพ้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายขณะช่วยหายใจ
- ๔.๖ ปลายท่อ เรียบเนียน มีลักษณะโค้งมนทั้งด้านในและด้านนอก
- ๔.๗ มีเส้นทึบรังสี (X-ray Line) ยาวตลอดท่อ
- ๔.๘ มีข้อต่อ (Connector) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ۱۵ มิลลิเมตร สามารถต่อเข้ากับข้อต่อ
ชุดคอมมายได้
- ๔.๙ ขนาดที่ต้องการมี เบอร์ ۴.۰, ۴.۵, ۵.۰, ۵.۵, ۶.۰, ۶.۵, ۷.۰, ۷.۵, ۸.۰ mm โดยการพิจารณาจะ
พิจารณาหาราคารวมทั้งกลุ่ม แต่ละกลุ่มผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคานุทุกรายการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.มาศ คำชัย.....

(นางสาวเกศลอมมัย สายแวง)

๒.ธีรรัตน์ บุญเรือง.....

(นางสาวชัญญาภาณุ ชุมทอง)

๓.วิจิตร พิมพ์เจ.....

(นางสาวพิมพ์เจ ไฟศาลา)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

ท่อช่วยหายใจ ชนิดโค้งงอ แบบมี cuff (Endotracheal Tube Prefomed Cuffed Oral) (ต่อ)

- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๔.๐ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๔.๕ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๕.๐ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๕.๕ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๖.๐ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๖.๕ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๗.๐ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๗.๕ mm
- E.T. Tube Prefomed Cuffed Oral No. ๘.๐ mm

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา
บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ได้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลส่วนสีทิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญานในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ
ราคافัสดุงวด
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสีทิ
ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล
กำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. นางศลวย

(นางสาวศลวย สายแวง)

๒. ชัยา ชุมทอง

(นางสาวชัยา ชุมทอง)

๓. พิมพ์ ไพบูลย์

(นางสาวพิมพ์ไจ ไพบูลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราค่าต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีเชื้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการนี้เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อแล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่กิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

ผู้รับรองรายละเอียด

พญพุ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพูนท pron smi thir)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาภิวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกตติวิษฐ์

(นางสาวเกตติวิษฐ์ สายแวง)

๒. นันดา ชุมทอง

(นางสาวนันดา ชุมทอง)

๓. W. มน

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อช่วยหายใจ ชนิดโค้งงอ แบบไม่มี Cuff E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 4.5 mm.

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 5.0 mm.

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 5.5 mm.

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 6.0 mm.

๑. ความต้องการ ท่อช่วยหายใจชนิดโค้งงอใช้สำหรับแบบชนิดไม่มี Cuff

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สอดผ่านสายเสียงเข้าไปในหลอดคอแบบไข้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อช่วยการหายใจผู้ป่วยที่ผ่าตัด บริเวณส่วนของใบหน้าและลำคอในผู้ป่วยเด็ก ป้องกันการสำลักหรือแก้ไขภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นท่อช่วยหายใจชนิดโค้งงอแบบไม่มี Cuff ใช้สำหรับแบบ ผลิตจากวัสดุ PVC หรือดีกว่า ชนิดใช้ทางการแพทย์ (Medical grade) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เป็นท่อช่วยหายใจที่มีความโค้งงอเหมาะสมและคงรูป ทำให้ง่ายต่อการใส่ท่อให้ผู้ป่วย

๔.๒ มีระบบบอกความลึกชัด ตัวเลขชัดเจน

๔.๓ ปลายท่อ (Tube) เรียบนิ่ม มีลักษณะโค้งมนทั้งด้านในและด้านนอก

๔.๔ มีเส้นทึบรังสี (X-ray Line) ยาวตลอดท่อ (Tube)

๔.๕ มีข้อต่อ (Connector) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร สามารถต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจได้

๔.๖ วัสดุผ่านการทดสอบ Implantation test ไม่มีส่วนประกอบของ Latex (Latex Free) ตาม มาตรฐานสากล ไม่เกิดปฏิกิริยาแพ้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายขณะช่วยหายใจ

๔.๗ ขนาดที่ต้องการมี เบอร์ 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 มิลลิเมตร โดยการพิจารณาหาราคารวมทั้งกลุ่มแต่ละ กลุ่มผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคากุญแจราย

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกันที่กำหนดไว้

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทหักภาษีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชาระบประยุกต์ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ ราคាដั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.แกศล.นัย..... ๒.ธ.ก.ก...... ๓.พ. พ......
(นางสาวแกศลนัย สายแวง) (นางสาวชัญญาภา ชุมทอง) (นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
ท่อช่วยหายใจ ชนิดโค้งงอ แบบไม่มี Cuff E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral (ต่อ)

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 4.5 mm.

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 5.0 mm.

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 5.5 mm.

E.T.Tube Prefomed uncuffed Oral No. 6.0 mm.

๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิ์ สิทธิ์ของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิรพยาบาล กำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.แกศล มัย.....
(นางสาวแกศล มัย สายแวง)

๒.ธันยพร ธรรมอุ.....
(นางสาวธัญญารักษ์ ธรรมอุ)

๓.วิภาดา ลุน.....
(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีให้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบสั่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการนี้เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ตั้งแต่ล่าสุด ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพันธุ์ ปรนสมิทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาชีวสัญชีวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกตุลวิษัย

(นางสาวเกตุลวิษัย สายแวง)

๒. นรีรา พูลสวัสดิ์
(นางสาวนรีรา พูลสวัสดิ์ ชุมทอง)

๓. ว. ลุล

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

Laryngeal Mask Airway อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปิดครอบกล่องเสียงแบบมีท่อ

อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปิดครอบกล่องเสียงแบบมีท่อ เบอร์ 3

อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปิดครอบกล่องเสียงแบบมีท่อ เบอร์ 4

อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปิดครอบกล่องเสียงแบบมีท่อ เบอร์ 5

๑. ความต้องการ อุปกรณ์ช่วยหายใจ ชนิดปิดครอบกล่องเสียง (Laryngeal Mask Airway) ปราศจากเชื้อ
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมทางเดินหายใจระหว่างการدمยาสลบ ในรายที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอด กล้ามเนื้อ
๓. คุณลักษณะทั่วไป ท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนืออกกล่องเสียง แบบมีท่อดูดของเหลวในกระเพาะอาหารชนิดใช้ช้ำ
๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนืออกกล่องเสียง สามารถใช้ช้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ครั้ง
- ๔.๒ มี Pilot balloon สำหรับใส่ลมและดูดลมออกจาก cuff
- ๔.๓ Cuff มีความนุ่ม วัสดุที่ใช้ผลิตจากซิลิโคน หรือดีกว่า ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ (Medical grade) ที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง โดยที่ปลาย cuff มีช่องเปิดสามารถใช้สายดูดของเหลวในกระเพาะอาหารได้ ผ่านการทดสอบการร่วงซึม ๑๐๐% ตามมาตรฐาน
- ๔.๔ มีท่อ ๒ ท่อ เพื่อสำหรับช่วยหายใจและสำหรับใช้สายดูดของเหลวออกจากกระเพาะอาหาร ภายใน ท่อช่วยหายใจมีขดลวด (Reinforce) เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการพังของท่อช่วยหายใจ และมี ข้อต่อ (Connector) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร สามารถต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจได้
- ๔.๕ มีตัวป้องกันผู้ป่วยกดท่อช่วยหายใจ
- ๔.๖ วัสดุผ่านการทดสอบ Implantation test ไม่มีส่วนประกอบของ Latex (Latex Free) ตามมาตรฐานสากล ไม่เกิดปฏิกิริยาแพ้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายขณะช่วยหายใจ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ศินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนิน การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลส่วนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคافัสดุคงท้นฯ
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อนึง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบบกพร่องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะกรรมการแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดให้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. นางสาวนันดา

(นางสาวนันดา แสงสว่าง สายแวง)

๒. ธีรดา

(นางสาวธีรดา ชุมทอง)

๓. ปริญญา

(นางสาวพิมพ์ใจ พิศาลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงพยาบาลแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๐ คะแนน	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๕๐
	๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๘๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	

ผู้รับรองรายละเอียด

พญพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพูนุท ปรนสมิทธิ)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาภัย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกตุวิษัย

(นางสาวเกศลอมมาย สายแวง)

๒. ชัยพร พานทอง

(นางสาวชัญญาภักดี ชุมทอง)

๓. พ. บุร.....

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเข็มกระตุนปลายประสาท และฉีดยาเฉพาะที่

๑. ความต้องการ ชุดเข็มใช้กระตุนปลายประสาทร้อมสายฉีดยาเฉพาะที่
๒. วัตถุประสงค์ ใช้กระตุนปลายประสาทเพื่อหาตำแหน่งในการฉีดยาเฉพาะที่
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดเข็มใช้กระตุนปลายประสาทร้อมสายฉีดยาเฉพาะที่ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ตัวเข็ม (Needle)

- ๔.๑.๑ เข็มฉีดยาจะมีความรุ้สึกที่ส่วนปลายของเส้นประสาทโดยวิธีฉีดยาเพียงครั้งเดียว (single shot)
 - ๔.๑.๒ ตัวเข็มทำจากวัสดุ Stainless steel หรือดีกว่า
 - ๔.๑.๓ มีการหุ้มด้วยฉนวนกันกระแสไฟฟ้าชนิดใส สามารถมองเห็นขีดบอกระยะ ๐.๕ ซม. , ๐.๕ ซม. และทุก ๑ ซม. ซึ่งตัวฉนวนหุ้มนี้มีคุณสมบัติผิวนเรียบลื่น คลุมจากปลายด้านเข้ม จนถึง ปลายหน้าตัดของเข็ม
 - ๔.๑.๔ เข็มมีสายต่ออุปกรณ์ ๒ สาย ที่เป็นท่อยางสำหรับฉีดยาเข้าไปในส่วนปลายเส้นประสาท มีความยาวเหมาะสมต่อการใช้งาน ปลายสายอีกด้านเป็นสายนำไฟฟ้าต่อ กับ เครื่องกระตุนเส้นประสาท
 - ๔.๑.๕ ปลายหน้าตัดของเข็มลดความเสี่ยงต่อการทำลายเส้นประสาท และที่จับตรงปลายเข็ม ออกแบบเพื่อให้จับได้สะดวก มีความแข็งแรง ทนต่อแรงการฉีดยา
 - ๔.๑.๖ มีรอยบากรอบตัวเข็มรูปตัว X ในระยะ ๒ ซม. แรก โดยเว้นช่วงระยะ ๐.๕ ซม. , ๐.๕ ซม. และ ๑ ซม. ทำให้มีคุณสมบัติ Echogenicity สามารถอัลตราซาวด์ เห็นปลายเข็ม และตำแหน่งของเข็มช่วงระยะ ๐.๕ ซม. , ๐.๕ ซม. และ ๑ ซม. ชัดเจน
 - ๔.๑.๗ ตัวเข็มมีขนาดต่างกันให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งานอย่างน้อยดังนี้
- ๔.๑.๗.๑ เปอร์ ๒๒ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ มม.
 - ๔.๑.๗.๒ เปอร์ ๒๒ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ มม.

๔.๒ สายต่อสำหรับฉีดยา (Injection tube)

- ๔.๒.๑ มีปลายสายแบบหัวเกลี้ยง สามารถต่อได้กระชับพอดีกับข้อเข็ม และมีปลายสายอีกด้านต่อได้กระชับพอดีกับระบบอัลตราซาวด์
- ๔.๒.๒ มีสีสี ทำให้สามารถมองเห็นของเหลวผ่านภายนอกได้
- ๔.๓ บรรจุภัณฑ์ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้วอยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและทึบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกศลรรภนี
(นางสาวเกศลรรภนี สายแวง)

๒. นันดา
(นางสาวนันดา ชุมทอง)

๓. พิมพ์ใจ
(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บหั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนิน การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลส่วนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค า พัสดุคงวนนั้นๆ
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญนานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล กำหนดให้ ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. นางสาวกे�ศลรัตน์ สายแวง ๒. ธีรดา ธนาวุฒิ ๓. พิมพ์ใจ พิศาลย์

(นางสาวกे�ศลรัตน์ สายแวง) (นางสาวชัยัญญาภัค ชุมทอง) (นางสาวพิมพ์ใจ พิศาลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบสั่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการณ์เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน <ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน 	๔๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพูน พรมสมิทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาภิวัฒนา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกตุลวิษัย

(นางสาวเกตุลวิษัย สายแวง)

๒. นิตยา บุญมา

(นางสาวนิตยาบุญมา ชุมทอง)

๓. พ. ลุล

(นางสาวพิมพ์ใจ เพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
เทพผ้าชนิดเนื้อผ้า 2 ชั้น สำหรับติดยึดท่อช่วยหายใจ

๑. ความต้องการ เทปผ้าชนิดเนื้อผ้า ๒ ชั้น
๒. วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเทพผ้าเพื่อยึดติดและยึดตรึงท่อช่วยหายใจขณะทำการรังับความรู้สึกผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ, หัวใจ, หัวใจ, และหัวใจที่ผ่าตัดบริเวณใบหน้า, ช่องปาก
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเทพผ้าทางการแพทย์แบบพิเศษเพื่อยึดตรึงท่ออุปกรณ์วิกฤต
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ เป็นเทพเพื่อการยึดตรึงท่อหัวใจอุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - ๔.๒ เป็นเนื้อเทป ๒ ชั้น สามารถกระบายความชื้นได้ดี แห้งไว
 - ๔.๓ สามารถยึดติดได้ดีแม้บนพื้นผิวที่มีความชื้นเปียกและยึดติด ยึดตรึงได้ในช่วงเวลาที่ยาวนาน โดยไม่ระคายเคืองต่อผิวน้ำ
 - ๔.๔ เนื้อเทปอ่อนนุ่มปรับโคลงแนบกับผิวน้ำได้ดี การที่เคลือบประกอบด้วยสารทางการแพทย์และปราศจากลาเทกซ์ (Latex free)
 - ๔.๕ ขนาดที่ต้องการ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ยาวมากกว่าหัวใจเท่ากับ ๕ เมตร
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
 - ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสรวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
 - ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางดูดันๆ
 - ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
 - ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.นางสาวกานต์.....
(นางสาวกานต์ สายแวง)

๒.นางสาวชัยญาณี.....
(นางสาวชัยญาณี ชุมทอง)

๓.นางสาวพิมพ์ใจ.....
(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์มีเชื้ออยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	๓๐
๒.๒	<ol style="list-style-type: none"> รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อยู่แล้ว ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการที่เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน <ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๐ คะแนนได้ ๐ คะแนน 	๕๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพนุช ปรนสมิทธิ)

หัวหน้าภาควิชาชีวสัญชีวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. กานต์วิษัย

(นางสาวเกศลอมมัย สายแวง)

๒. นิติราษฎร์ วงศ์อว

(นางสาวชัญญาวงศ์ ชุมทอง)

๓. พ. บุรุ

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ

พิล์มเหลวชนิดแผ่นโฟม สำหรับเคลือบบริเวณผิวนังป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

๑. ความต้องการ พิล์มเหลวชนิดแผ่นโฟม สำหรับเคลือบบริเวณผิวนังป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเคลือบบริเวณผิวนังป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ปกป้องผิวนังบริเวณ

ที่เป็นแผลที่เกิดจากการรบกวนของสารคัดหลั่งต่างๆ จากร่างกาย หรือแผลที่เกิดจากการเสียดสีในผู้ป่วยที่ได้รับการรับจำพวกรูรักในการฝ่าตัดท่าค่าว่า

๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นพิล์มเหลวชนิดแผ่นโฟม ใช้เคลือบปกป้องผิวนัง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะแผ่นโฟมชุบพิล์มเหลว เมื่อทาบนผิวนังที่แห้งแล้วจะกลایเป็นพิล์ม ประกอบด้วยสารน้ำช่วยปกป้องผิวนัง หรือขอบแผลที่เปื่อยยุ่ย(Waterproof barrier) จากการรบกวนของสารคัดหลั่งต่าง ๆ จากร่างกายหรือแผล

๔.๒ พิล์มเหลวประกอบด้วย Acrylate Terpolymer หรือสารที่ดีกว่า สามารถเคลือบเป็นแผ่นพิล์มใสเมื่อทาลงบนผิวนัง พิล์มนี้มีความยืดหยุ่นตามผิวนะบริเวณที่เคลือบ ตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย พิล์มที่เคลือบไม่แตก และคงสภาพเคลือบทติดผิวได้นานมากกว่าหรือเท่ากับ 48 - 72 ชั่วโมง

๔.๓ ไม่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ และทนต่อความเป็นกรด-ด่าง สามารถทางลงบนผิวนังที่ถูกกัดกร่อนจนเปื่อย หรืออุดลอกได้ โดยไม่ง่ายให้เกิดอาการแสบ

๔.๔ ไม่มีสารพิษที่ระคายเคืองต่อผิวนัง หรือรบกวนการหายของแผลหรือผลเสียต่อร่างกาย

๔.๕ ขนาดที่ต้องการ ขนาดบรรจุของละ 1 มิลลิลิตร แบบเซ็ต

๕. เนื่องไขเฉพาะ

๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเบลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมขาดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสหวิทย์ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุคงดูนั้นๆ

๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซึ่งหากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.นางสาวกานดา มัย.....

(นางสาวกานดา มัย สายแวง)

๒.นางสาวชัยญา กั๊ก ชุมทอง.....

(นางสาวชัยญา กั๊ก ชุมทอง)

๓.นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์.....

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๑.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ปัจจุบัน ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๑.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๕๐
	๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๘๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	

ผู้รับรองรายละเอียด

ธงพนัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพูนุท ปรมสุมิทร์)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกวลวิษัย

(นางสาวเกศลเมย สายแวง)

๒. นิตยา ชุมทอง

(นางสาวชัญญาภัค ชุมทอง)

๓. พ. บุร

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อชนิดเจล CHG (Chlorhexidine Gluconate) และขอบผ้า

๑. ความต้องการ แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อชนิดเจลมีแผ่น CHG (Chlorhexidine Gluconate) และขอบผ้า

๒. วัตถุประสงค์ ใช้ปกป้องบริเวณตำแหน่งแท่งสายสวนให้สารน้ำ (insertion site) หลอดเลือดส่วนกลาง

๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นแผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อชนิดเจลมีแผ่น CHG และขอบผ้า

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะแผ่นฟิล์มใสเมื่อแผ่นเจลใส ๒% CHG ประกอบอยู่ในแผ่นสะดวกพร้อมใช้ มีการระบายอากาศได้อย่างดีช่วยปกป้องกันน้ำสารน้ำ ไวรัสและแบคทีเรียได้ ช่วยให้ผ้าประเมินผิวนางและบริเวณที่แหงเข้มได้โดยง่าย

๔.๒ มีแถบเทปช่วยยึดตรึงขนาดใหญ่ และยึดตรึงแบบแน่นโดยไม่หลุดง่ายและไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ เมื่อดึงแผ่นเทปออก เทปทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

๔.๓ มีแถบบันทึกสำหรับบันทึกการเปลี่ยน Dressing

๔.๔ ขอบผ้าต้องช่วยยึดรอบ catheter hub ได้อย่างดี และขอบผ้าสามารถปรับตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้ โดยไม่ทำให้เกิดขอบผ้าร่น

๔.๕ ขนาดและความยาวที่ต้องการขนาดที่ใช้กับผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๘.๕x๑๐.๕ เซนติเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บห้างมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชาระบบทสุขภาพ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคารสตูงวนนั้นๆ

๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชาระบบทสุขภาพ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชาระบบทสุขภาพกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. <u>แกศศล์สัย</u>	๒. <u>ธนกร ชุมทอง</u>	๓. <u>น. ใหม</u>
(นางสาวแกศศล์สัย สายแวง)	(นางสาวชุมกร ชุมทอง)	(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการนี้เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๕๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพนุท ปรมสุมิทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาสัญวิทยา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกตุลวิษัย

(นางสาวเกตุลวิษัย สายแวง)

๒. นันท์ ชุมทอง

(นางสาวชุมทอง ชุมทอง)

๓. พ. นน.

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
สายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกแบบ ๔ จุด

๑. ความต้องการ สายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกแบบ ๔ จุด
๒. วัตถุประสงค์ สำหรับแบ่งติดบริเวณหน้าผากจนถึงหางคิ้วเพื่อใช้ติดตามค่าระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกของผู้ป่วย โดยใช้งานร่วมกับเครื่อง BIS Monitor
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดสายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกชนิดที่มีอิเลคโทรด ๔ ขีน ประกอบกันและมีหมายเลขบอกสำหรับการติดหน้าผากจนถึงหางคิ้ว

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นชุดสายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกที่ไม่มีส่วนประกอบของ Latex
- ๔.๒ เป็นชุดสายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกที่มีเจลสำหรับนำไปฟื้นตัวทั้ง ๔ จุด
- ๔.๓ เป็นชุดสายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกที่ใช้สำหรับผู้ป่วยในระยะสั้น (short-term) สูงสุดในการใช้กับผู้ป่วยต่อเนื่องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง
- ๔.๔ เป็นชุดสายวัดระดับความลึกของการให้ยาแรงจับความรู้สึกที่ใช้ร่วมกับ BIS VISTA, หรือ BIS VIEW Monitors ได้
- ๔.๕ มีคำแนะนำในการแบ่งติดกับผู้ป่วยแสดงบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๕. เนื่องไข่เฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเบลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๔ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญานากราคาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคaphสุดท้ายดังนี้ๆ
- ๕.๕ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาน้ำเงินไม่กระทบสิทธิของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชารพยาบาล ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชารพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. (นางสาวเกศลักษณ์ สายแวง)	๒. (นางสาวชัยณรงค์ ชุมทอง)	๓. (นางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์)
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีเชื่อถือได้ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบสั่งของ หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยกย่องรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน - ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ถูกยกย่องรับ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยกย่องรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	๓๐
๒.๒	๑. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อยู่แล้ว ๒. ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในการที่เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน <ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน 	๕๐

ผู้รับรองรายละเอียด

ชนพนก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพนุท ปอนสนิทธี)

หัวหน้าภาควิชาสัญญาภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. เกตเวย์

(นางสาวเกศลอมมาย สายแวง)

๒. นิตยา
(นางสาวชัญญาภัค ชุมทอง)

๓. พ. กุล

(นางสาวพิมพ์ใจ ไพบูลย์)