

แผนเวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ Intervention Guide Wire /Catheter/Introduce (๓)

รายการที่ ๒๙ Intracranial Stent

ความต้องการ ขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ Intracranial Stent ขนาด ๒.๕ - ๔.๐ มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์ เป็นโครงลวดถ่างขยายคล้ายตาข่าย มีเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อกางออกเต็มที่แล้วขนาด ๒.๕ ถึง ๖ มิลลิเมตร โดยใส่ผ่านสายสวนขนาดเล็ก(Micro-Catheter)เพื่อนำส่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการปลดวาง ขดลวดชนิดนี้สามารถใช้การผลักดันหรือการใช้กระแสไฟฟ้า

คุณสมบัติทั่วไป

๑. Self-Expanding Stent
๒. ลักษณะเป็นโครงลวดถ่างขยายที่มีขนาดและความยาวต่าง ๆ กันใช้เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของเส้นเลือดสมองโป่งพอง (intracranial aneurysms) ชนิด Wide Neck Aneurysm
๓. ใช้ได้กับสายสวนหลอดเลือดขนาด ๐.๐๒๑ นิ้ว หรือ ๐.๐๑๗ นิ้ว
๔. ตัวตาข่ายทำมาจาก Nitinol
๕. ส่วนปลายของตาข่ายทั้งสองด้านจะมีจุดสังเกต(Marker)ไม่ต่ำกว่า ๔ จุด หรือเทียบเคียง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเอกซเรย์
๖. ตัวตาข่ายมีลักษณะเป็นปลายเปิดทั้งสองด้าน และมีรูปแบบตาข่ายแบบปิด (Close cell design)
๗. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ stent ๒.๕, ๔.๐ มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง
๘. มีความยาวของ stent ๑๖, ๒๓, ๓๐ และ ๓๙ มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง
๙. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๑๐. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๑๑. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาด ทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย(Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปสั่งซื้อตามที่ได้ใช้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หลังสิ้นสุดการระผูกพันของสัญญา
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)