

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๑ หัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มม. ยาว ๙ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและการกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง


คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในการนับปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องขอใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคاضดุงวดนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซึ้ง หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะขอสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.......... ประธานกรรมการ  
(ศ.กิติพงศ์ ศรีอมรรัตนกุล)

๒..........กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนนันต์)

๓..........กรรมการ  
(นายชนัน อริยประภาย)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๒ หัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

วัสดุประสมศ์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอดโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว robust


คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว robust ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริชา
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่พ้นกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในการณ์พบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคaphสุดงวดนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเก็จสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพงศ์ ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนนันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายธนา おりยประภาย)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๓ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มม. ยาว ๙ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและการกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ดีกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคاضดุงด้นนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประภา)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกระหลาคีรชะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๔ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.


วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกระหลาคีรชะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ  
เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกระหลาคีรชะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินราชรังสฤษฎิ์ฯ
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ดีกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมขอเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคารัสดูงวดนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญนานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิตติพร คงออมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนนันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชนัน อริยะประภาย)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๕ หัวกรอเพชรสำหรับกรอกระดูกฐานกะโหลกศีรษะ

ความต้องการ หัวกรอเพชรสำหรับกรอกระดูกฐานกะโหลกศีรษะ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการผ่าตัด Functional Endoscopic Sinus Surgery และแก้ไขพยาธิสภาพโรคในโพรงจมูกและไซนัส

คุณสมบัติที่ว่าไป เป็นเครื่องมือผ่าตัดสำหรับงานศัลยกรรมประสาท โดยใช้ในการผ่าตัดกะโหลกฐานศีรษะและต่อมใต้สมองส่วนหน้าผ่านกล้องเพื่อเอาเนื้องอกออก ซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะทำให้ผู้ป่วยพื้นตัวได้เร็ว

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบกากระเพชร (Round Coarse Diamond) ความยาว ๓๗ เซนติเมตร โค้ง ๑๕ องศา เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกรอ ๓.๐ มิลลิเมตร
๒. ทำให้ปราศจากเขี้ยวเหลว
๓. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนำกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคាដั้งนั้นๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิตติพง ศรีอมรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประกาย)

๔. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้ สำหรับสินค้า/บริการที่ต้องระบุ QR Code และ barcode ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพร ศรีอุมาრตันตุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนนันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายยานน อริยะประภัย)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๖ หัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มม. ยาว ๙ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว รอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ  
เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยหากด้วยค่าเสียหายตามมูลค่าของ ราคaphสุดงวดนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเก็จสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตาม บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพง ครีมรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนนันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชนัน อริยะประภากย)

แผนหัวขอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๗ หัวขอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวขอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๙ ซม.


วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก  
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวขอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว  
รอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวขอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๙ ซม.


Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ  
เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง  
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์  
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราชิราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท  
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย  
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ  
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์  
ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ  
ราคาพัสดุคงด้านนั้น ๆ
๗. กรณีผู้ซื้อขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ  
หากผู้ซื้อขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน  
ผู้ซื้อจะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ  
สิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ซื้อขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ  
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตาม  
บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..........ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพร ศรีออมรัตนกุล)

๒..........กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..........กรรมการ  
(นายชานน อริยะประภากย)

แผนหัวขอ/หัวตัดกะหลอกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๘ หัวขอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวขอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ยาว ๙ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวขอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกะหลอกศีรษะด้วยความเร็วสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวขอทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกะหลอกศีรษะด้วยความเร็วสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในขณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินราชริราชนครินทร์
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคاضดุงวดนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเก็จสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(ศศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประภาย)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกระหลอกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๙ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐ มม. ยาว ๗ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐ มม. ยาว ๗ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูกคุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกระหลอกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐ มม. ยาว ๗ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาตัดเปิดกระหลอกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินราชริหาร
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุงานนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประกาย)

แผนหัวขอ/หัวตัดกะໂທລກສີຣະ ໃຊ້ກັບເຄື່ອງ Midas ຮຸນ Legend  
รายการที่ ๑๐ ຫ້ວກຮອທຽກລມເຄລືອບເພີ່ມ ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ๑.៥ ມມ. ຍາວ ၅ ຈມ.

ຄວາມຕ້ອງການ ຫ້ວກຮອທຽກລມເຄລືອບເພີ່ມ ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ๑.៥ ມມ. ຍາວ ၅ ຈມ.ຈຳນວນ ២០ ຌຸດ  
ວັດຖຸປະສົງສັກ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຜ່າຕັດໃນການສ້າງການປະສາກປະກາດແລກປະກາດສັນຫຼັງ ເພື່ອຕັດແຕ່ງແລກປະກາດດູກ  
ຄຸນສົມບັດທີ່ໄປ ເປັນຫ້ວກຮອໂດຍໃຊ້ງານຮ່ວມກັບເຄື່ອງການປະກາດດູກໄຟຟ້າແລກຈາກຕັດເປີດກະໂທລກສີຣະດ້ວຍຄວາມເຮົວ  
ຮອບສູງ

ຄຸນສົມບັດເຂົາພາ ເປັນຫ້ວກຮອທຽກລມເຄລືອບເພີ່ມ ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ๑.៥ ມມ. ຍາວ ၅ ຈມ.

Price performance ພິຈາລະນາເກມທີ່ຮາຄາຕ່ອງປະສິທິພາບ  
ເງື່ອນໄຂເຂົາພາ

๑. ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບເຄື່ອງການປະກາດດູກໄຟຟ້າແລກຈາກຕັດເປີດກະໂທລກສີຣະດ້ວຍຄວາມເຮົວຮອບສູງ  
ດ້ວຍມອເຕອຣີໄຟຟ້າ Midas Rex Legend ຮຸນ EHS Stylus ທີ່ມີໃຊ້ງານອູ້ໃນຄະພາແພທຍາສາສົກ  
ວິຊາພາບາລ ມາວິທາລ້ຽນນົມທຣາອີຣາຈ
๒. ບຽນຈຸດັກທີ່ຈະຕ້ອງມີອາຍຸການໃຊ້ງານໄໝນໜ້ອຍກວ່າ ๑ ປີ ນັບຈາກວັນສ່າມອບຂອງ
๓. ສິນຄ້າຂອງບໍລິຫານທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕ້ອງເປັນສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງແທ້ຂອງໃໝ່ ໄນເຄີຍໃຊ້ງານມາກ່ອນ  
ໄຟເປັນຂອງເກົ່າເກີບທີ່ມີຄຸນກາພແລກຄຸນສົມບັດໄຟ່ມີຕ່າງກວ່າທີ່ກຳຫັດໄວ້
๔. ຜົດຕົວກັນທີ່ຕ້ອງມີຄຸນກາພສຳເສນອເໜືອນກັນທຸກ Lot ກຣນີພບວ່າສິນຄ້າ Lot ໄດ້ມີປັບປຸງທາງບໍລິຫານ  
ຜູ້ຂາຍຕ້ອງປັບປຸງສິນຄ້າຕາມຮາຄາທີ່ບໍລິຫານເສັນໄວ້ ພ້ອມຂະໜ້າສິນຄ້າທີ່ມີປັບປຸງໄດ້  
ໄຟ່ມີຄົດຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້
๕. ທາກພບປັບປຸງພົດຕົວກັນທີ່ໄຟເປັນໄປຕາມຄຸນລັກຈະນະທີ່ກຳຫັດ ອ້ອທາງບໍລິຫານຜູ້ຂາຍໄຟ່ສາມາດ  
ຕໍ່ານີ້ການແກ້ໄຂປັບປຸງທີ່ເກີດກັບຜົດຕົວກັນທີ່ໄດ້ ຖາງຄະພາແພທຍາສາສົກວິຊາພາບາລສ່ວນສິທິ  
ຂອຍກາເລີກສັນຍາໄດ້
๖. ບໍລິຫານຜູ້ຂາຍຍືນຍອມໃຫ້ຜູ້ຂໍ້ອົກເລີກສັນຍາກ່ອນໜົດສັນຍາໃນກຣນີພບປັບປຸງຄຸນກາພຈາກຜົດຕົວກັນທີ່  
ທີ່ອາຈສ່າງຜົດຕົວກັນທີ່ຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ມີຄົນກາພສຳເສັນໄວ້ ແລະ ບໍລິຫານຜູ້ຂາຍຕ້ອງໜີໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ມີປັບປຸງໄດ້  
ໄຟ່ມີຄົດຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້
๗. ກຣນີຜູ້ຈະຂາຍໄຟ່ປັບປຸງຕາມສັນຍາຂ້ອງໄດ້ຂ້ອງນຶ່ງ ອ້ອເມື່ອຄຽນກຳຫັດສ່າມອບສິ່ງຂອງ ຕາມໄປສັ່ງເຊື້ອ  
ທາກຜູ້ຈະຂາຍໄຟ່ສ່າມອບສິ່ງຂອງທີ່ຕົກລາງຈະຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈະຂ້ອງຫຼືສ່າມອບໄຟ່ຖຸກຕ້ອງຫຼືໄມ່ຄຽນຈຳນວນ  
ຜູ້ຈະຂ້ອງມີສິທິບອກເລີກສັນຍາທັງໝົດຫຼືແຕ່ບ່າງສ່ວນໄດ້ ການໃຫ້ສິທິບອກເລີກສັນຍານັ້ນໄມ່ກະທບ  
ສິທິຂອງຄະພາແພທຍາສາສົກວິຊາພາບາລທີ່ຈະເຮັດວຽກຄ່າເສີ່ຫາຍຈາກຜູ້ຈະຂາຍ
๘. ຜູ້ເສັນອາຄາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະນູລຕ້ອງຈັດທໍາ QR Code ແລະ ອົບ bar code ຕາມທີ່ຄະພາ  
ແພທຍາສາສົກວິຊາພາບາລກຳຫັດໃຫ້ລົງບນແພັດເກົ່າຈົກສິນຄ້າໄດ້ທັ້ງ ລັ້ງ/ກລ່ອງ/ແພັດ ອ້ອຕາມ  
ປຽນຈຸດັກທີ່ຂອງສິນຄ້ານັ້ນ ຈະ

ຄະພາແພທຍາສາສົກວິຊາພາບາລ

๑.....  
ປະທາບຕະບູນ  
(ຮ.ສ.ກິດິພຣ. ສອງມອຣຕັນກຸລ)

๒.....  
ປະທາບຕະບູນ  
(ຜ.ສ.ອຕີເທີພ ມາກລັດຕັນນັ້ນ)

๓.....  
ປະທາບຕະບູນ  
(ນາຍພາມ ອົງປະກາຍ)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ ๑๑ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

วัสดุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกกระดูก

คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะหลกศีรษะด้วยความเร็ว รอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ  
เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวินทราริราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคากับบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ ราคاضดุงวดนั้น ๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญนานั้นไม่กระทบ สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตาม บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อธิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประภาย)

แผนหัวขอ/หัวตัดกะໂທລກສີຣະ ໃຊ້ກັບເຄື່ອງ Midas ຮຸນ Legend  
รายการที่ ๑๒ หัวขอທຽກຄມເຄື່ອບເພີ່ມແບບຫຍາບ ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ៥ ມມ. ຍາວ ៥ ຊມ.

ຄວາມຕ້ອງການ ຫ້າງຮອທຽກຄມເຄື່ອບເພີ່ມແບບຫຍາບ ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ៥ ມມ. ຍາວ ៥ ຊມ.

ວັດຖຸປະສົງຄ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືອຳຕັດໃນການສ້າງການປະສາກາດແລກປະຕິກຳສັນຫຼັງ ເພື່ອຕັດແຕ່ງແລກປະຕິກຳສັນຫຼັງ ເພື່ອຕັດແຕ່ງແລກປະຕິກຳສັນຫຼັງ ເພື່ອຕັດແຕ່ງແລກປະຕິກຳສັນຫຼັງ

ຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປ ເປັນຫ້າງຮອໂດຍໃຊ້ຈານຮ່ວມກັບເຄື່ອງການປະຕິກຳໄຟຟ້າແລກປະຕິກຳຈາກຕັດເປີດກະໂທລກສີຣະດ້ວຍຄວາມເຮົວ

ຮອບສູງ

ຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປ ເປັນຫ້າງຮອທຽກຄມເຄື່ອບເພີ່ມແບບຫຍາບ ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ៥ ມມ. ຍາວ ៥ ຊມ.

Price performance ພິຈາລະນາເກມທີ່ຮາຄາຕ່ອງປະສິທິພາບ

ເຈື່ອນໄຂແພາະ

๑. ສາມາດໃຊ້ຈານໄດ້ກັບເຄື່ອງການປະຕິກຳໄຟຟ້າແລກປະຕິກຳຈາກຕັດເປີດກະໂທລກສີຣະດ້ວຍຄວາມເຮົວຮອບສູງ  
ດ້ວຍມອເຕອຣີໄຟຟ້າ Midas Rex Legend ຮຸນ EHS Stylus ທີ່ມີໃຊ້ຈານອູ້ໃນຄະພາທີ່ມີຄວາມເຮົວຮອບສູງ  
ວິຊາຍາບາລ ມາວິທາຍາລັບນົມທຣາຣີຣາຊ
๒. ບຣຣຸກັນທີ່ຈະຕ້ອງມີເມົາຢູ່ການໃຊ້ຈານໃໝ່ນ້ອຍກວ່າ ๑ ປີ ນັບຈາກວັນສ່ວນມອບຂອງ
๓. ສິນຄ້າຂອງບຣີ່ຫໍທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕ້ອງເປັນສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງແທ້ຂອງໃໝ່ ໄນມີຄວາມເຮົວຮອບສູງ  
ໃໝ່ເປັນຂອງເກົ່າເກົ່າທີ່ມີຄຸນພາບແລກປະຕິກຳສົມບັດທີ່ໄມ່ຕໍ່ກວ່າທີ່ກຳຫັນດໄວ້
๔. ຜິລິຕິກັນທີ່ຕ້ອງມີຄຸນພາບສຳເສນອເໜືອນກັນທຸກ Lot ກຣນີພບວ່າສິນຄ້າ Lot ໄດ້ມີປັບປຸງທາບຣີ່ຫໍ  
ຜູ້ຂາຍທີ່ຕ້ອງເປັນສິນຄ້າຕາມຮາຄາທີ່ບຣີ່ຫໍເສັນອ້າວີ ພ້ອມຂົດເຊຍສິນຄ້າທີ່ມີປັບປຸງທາບໂດຍ  
ໄມ່ຄືດຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້ ฯ
๕. ອາກພບປັບປຸງທາພິລິຕິກັນທີ່ໄມ່ເປັນໄປຕາມຄຸນລັກຂະນະທີ່ກຳຫັນດ ອ້ອທາງບຣີ່ຫໍຜູ້ຂາຍໄມ່ສາມາດ  
ດໍາເນີນການແກ້ໄຂປັບປຸງທາທີ່ເກີດກັບພິລິຕິກັນທີ່ໄດ້ ຖາງຄະພາທີ່ມີຄວາມເຮົວຮອບສູງ  
ຂອຍເລີກສັນຍູ້ໄດ້
๖. ບຣີ່ຫໍຜູ້ຂາຍຍືນຍອມໃຫ້ຜູ້ຂໍ້ອຶກເລີກສັນຍູ້ກ່ອນໜົດສັນຍູ້ໃນກຣນີພບປັບປຸງທາຄຸນພາບຈາກພິລິຕິກັນທີ່  
ທີ່ອາຈສ່ວນຜົນເສີຍຕ່ອງຜູ້ປ່ວຍຫຼືວິ້າຜູ້ໃໝ່ພິລິຕິກັນທີ່ ແລະ ບຣີ່ຫໍຜູ້ຂາຍທີ່ຕ້ອງຊື່ຄ່າເສີ່ຫາຍຕາມມູລຄ່າຂອງ  
ຮາຄາພື້ນຖານນັ້ນ ฯ
๗. ກຣນີຜູ້ຈະຂາຍໄມ່ປັບປຸງທີ່ຕ້ອງສັນຍູ້ຂໍ້ໄດ້ຂ້ອທີ່ ອ້ອມເມື່ອກົບກຳຫັນດສ່ວນມອບສິ່ງຂອງ ຕາມໄບສິ່ງຂໍ້ອ  
ທາກຜູ້ຈະຂາຍໄມ່ສ່ວນມອບສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງສັນຍູ້ຂໍ້ໄດ້ ອ້ອມເມື່ອກົບກຳຫັນດສ່ວນມອບໄນ້ຄຸກຕ້ອງຫຼືວິ້າມື່ອກົບກຳຫັນດ  
ຜູ້ຈະຂໍ້ອຶກເລີກສັນຍູ້ທັງໝົດຫຼືວິ້າມື່ອກົບກຳຫັນດສ່ວນມອບໄນ້ຄຸກຕ້ອງຫຼືວິ້າມື່ອກົບກຳຫັນດ  
ສິ່ງຂໍ້ອຶກເລີກສັນຍູ້ນັ້ນໄໝກະທົບ
๘. ຜູ້ເສັນອາຄາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູລຕ້ອງຈັດທຳ QR Code ແລະ ອ້ອມເມື່ອ barcode ຕາມທີ່ຄະພາ  
ທີ່ມີຄວາມເຮົວຮອບສູງຂອງສິນຄ້າທີ່ຈະເສີ່ຫາຍຈາກຜູ້ຈະຂາຍ
๙. ຜູ້ເສັນອາຄາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູລຕ້ອງຈັດທຳ ໂດຍໃຊ້ມີຄວາມເຮົວຮອບສູງຂອງສິນຄ້າທີ່ຈະເສີ່ຫາຍ  
ຈາກຜູ້ຈະຂາຍ

ຄະພາການກຳຫັນດຮ່ວມມືສິ່ງ

ຮ່ວມມືສິ່ງ  
ຮ່ວມມືສິ່ງ  
ຮ່ວມມືສິ່ງ

ຮ່ວມມືສິ່ງ  
ຮ່ວມມືສິ່ງ  
ຮ່ວມມືສິ່ງ

ຮ່ວມມືສິ່ງ  
ຮ່ວມມືສິ່ງ  
ຮ່ວມມືສິ່ງ

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend

รายการที่ ๓ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ยาว ๙ ซม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ยาว ๙ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูกคุณสมบัติที่ไว้ไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ยาว ๙ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas Rex Legend รุ่น EHS Stylus ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
๒. บรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทึบมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดได้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่ອอกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาน้ำหนักที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมขอเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลลงส่วนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ ราคากล่องเดียว
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตาม บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อตติเทพ มงคลรัตนนันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประกาย)

แผนหัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend  
รายการที่ 20 หัวตัดสำหรับการตัดกะโหลกศีรษะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 มม.

ความต้องการ หัวตัดปลายเรียว

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาท เพื่อตัดเปิด และเจาะกระดูกกะโหลกศีรษะ คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวตัดปลายเรียวใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง คุณสมบัติเฉพาะ


๑. เป็นหัวตัดปลายเรียว แบบ Tapered
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวตัดประมาณ ๒.๓ มม.
๓. สามารถใช้งานร่วมกับข้อต่อแบบตรงความยาวประมาณ ๘ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม. ได้
๔. สามารถใช้งานร่วมกับข้อต่อ Craniotome แบบมี Guard ได้
๕. สามารถใช้งานได้กับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัดเปิดกะโหลกศีรษะ Midas รุ่น Legend ที่มีใช้งานอยู่ ในขณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราชได้
๖. เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
๗. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้ใช้งาน
๘. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนบพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอราคา
๙. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๑๐. สินค้าผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ และบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๑. อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิ์ ขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของ ราคารัสตุวงดั้นนๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิตติพงศ์ ศรีอมรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)


๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยะประภากย)

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบ สิทธิ์ของคณะกรรมการตรวจสอบชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์ชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตาม บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... ประธานกรรมการ  
(รศ.กิตติพร ศรีอุಮรรัตนกุล)

๒..... กรรมการ  
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓..... กรรมการ  
(นายชานน อริยประกาย)