

เลขที่แนบ ๖๗๐๔๙ ลำดับที่ ๑๘ ชื่อแนบ เวชภัณฑ์สโตร ศอ นาลิก

ความต้องการ TRACHEAL CANN ๑๒MM. DOUBLE-TUBE

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้อาการผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นห่อที่ใส่เข้าไปในหลอดลมคือ(trachea) ภายหลังการเจาะคอ(tracheostomy) โดยใส่ผ่านผิวนังและกล้ามเนื้อคอ เพื่อให้อาการสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน และ เป็นทางให้ผู้ป่วยไอເเสเมะออกจากหลอดลมหรือดูดเสมหะออกจากหลอดลมได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) เป็นห่อเจาะคอ แบบมีห่อชั้นในสำหรับผู้ใหญ่ มีความคงทนอยู่ มีปีกสองข้างสำหรับคล้องเชือก
- ๒) สามารถเห็นจากภาพถ่ายรังสี สามารถใช้ได้เมื่อทำ MRI และฉายแสง (radiation oncology)
- ๓) ปีกของห่อเจาะคอ (Neck Plate) อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นและมีรูสำหรับคล้องเชือก, ขนาด Neck plate ระบุขนาดของ tube (size), I/D, O/D

๔) มุขของห่อเจาะคอ (Neck plate) ช่วยยึดให้ห่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๕) แกนนำร่อง (Obturator) ปลายเรียวเล็กเรียบมน

๖) ขนาด ๑๒ มม. I/D ๙ มม. , O/D ระหว่าง ๑๒-๑๒.๗ มม. , Length ระหว่าง ๗๑-๗๗ มม.

๗) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนทึบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวน

- วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต

- วันหมดอายุ

- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

๘) สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเด่าเก็บห้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้

๙) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๑๐) หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิของกิเลกสัญญาได้

๑๑) บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาค่าคอมมิชชันหากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางดุณน้ำ

๑๒) กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อนึง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชาชีรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๑๓) ผู้ยื่นเสนอราคานี้เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชาชีรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑..... 

(นางศิรินันท์ จันทวงศ์)

๒..... 

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓..... 

(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน	๓๐
	นานาชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	- ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ - <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....

(นางศิรินันท์ จันทวงศ์)

๒.....

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

เลขที่ແຜນ ๖๗๐๔๙ ลำดับที่ ๑๙ ชื่อແຜນ ເວັບກັນໂສຕ ຄວ ນາສີກ

ຄວາມຕ້ອງການ TRACHEAL CANN ๓๗MM. DOUBLE-TUBE

ວັດຖຸປະສົງຄໍ ເພື່ອຊ່າຍໃຫ້ອາກາສຳຜ່ານເຂົ້າສູ່ລວດລມແລະປອດ ໂດຍໄມ່ຕ້ອງຜ່ານໜຶ່ງຈຸກແລະລຳຄວ່ວສ່ວນບນ

១.ຄຸນລັກຂະນະຫ້າໄປ

ເປັນທີ່ໄສເຂົ້າໄປໃນຫລວດລມຂອງ(trachea) ກາຍຫັ້ງການເຈາະຄອງ(tracheostomy) ໂດຍໄສຜ່ານຜິວທັນແລະ ກລັມເນື້ອຄອ ເພື່ອໃຫ້ອາກາສຳຜ່ານເຂົ້າສູ່ລວດລມແລະປອດ ໂດຍໄມ່ຕ້ອງຜ່ານໜຶ່ງຈຸກແລະລຳຄວ່ວສ່ວນບນ ແລະ ເປັນທາງໃຫ້ຜູ້ປ່າຍໄວເອາເສມ໌ຫະອກຈາກຫລວດລມຫຼືອຸດຸດເສມ໌ຫະອກຈາກຫລວດລມໄດ້

២.ຄຸນລັກຂະນະເຂົາ

- ១) ເປັນທີ່ອາເຈາະຄອ ແບບມີທ່ອນັ້ນໃນສໍາຫັກຜູ້ຫຼຸງ ມີຄວາມໂຄິດງອເລັກນ້ອຍ ມີປົກສອງຂັງສໍາຫັກຄລ້ອງເຂົ້ອກ
- ២) ສາມາດເຫັນຈາກພາກຄ່າຍິຮັງສີ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອທ່ານ MRI ແລະ ຈາຍແສງ (radiation oncology)
- ៣) ປຶກຂອງທີ່ອາເຈາະຄອ (Neck Plate) ອ່ອນນຸ່ມແລະຍືດຫຸ່ນແລະມີຮູ້ສໍາຫັກຄລ້ອງເຂົ້ອກ, ບນ Neck plate ຮະບຸນາດຂອງ tube (size), I/D, O/D

៤) ມຸນຂອງທີ່ອາເຈາະຄອ (Neck plate) ຜ່າຍືດໃຫ້ທ່ອອຸ່ນໃນດຳແນ່ງທີ່ເໝາະສົມ

៥) ແກນນໍາຮ່ວງ (Obturator) ປລາຍເຮົາເລັກເຮົາບມນ

៦) ຂາດ ៣ ມມ. I/D ១០ ມມ. , O/D ຮະຫວ່າງ ៣០-៣៣.៥ ມມ. , Length ຮະຫວ່າງ ៣៥-៤០ ມມ.

៧) ແສດງຂໍອວຍເວັບສົນລັກຂະນະແສດງໄວ້ຢ່າງເຂົ້າເຈນບນທີ່ບໍ່ທ່ອ ໂດຍຮະບຸຂໍອວຍເວັບສົນທັງນີ້

- ວັດຖຸທີ່ບຣາຈຸ ຂາດແລະຈຳນວນ

- ວັນທີຜົລິຕ ພຣີ ລົດ ກາຣົລິຕ

- ວັນທີມຄອຍ

- ມີ Indicator ທີ່ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ວ່າຜ່ານການມາເຂົ້ອແລ້ວ

៨) ສິນຄ້າຂອງບຣິ່ຈັກທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລາດຕ້ອງເປັນສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງແທ້ຂອງໃໝ່ ໄນໄໝເຄີຍໃຊ້ງານມາກ່ອນໄໝເປັນຂອງເກົ່າເກີບທັງນີ້ຄຸນກາພແລະຄຸນສົມບັດໄມ່ຕໍ່ກ່າວ່າທີ່ກໍານັດໄວ

៩) ຜົລິຕກັນທີ່ຕ້ອງມີຄຸນກາພສໍາເສນອເໜືອນກັນທຸກ Lot ກຣນີພບວ່າສິນຄ້າ Lot ໄດ້ມີປົກສອງບຣິ່ຈັກຜູ້ຂາຍທີ່ຕ້ອງເປັນເປົ້າຢັນສິນຄ້າຕາມຮາຄາທີ່ບຣິ່ຈັກເສນວໄວ້ພຽງມີເຫັນວ່າສິນຄ້າທີ່ມີປົກສອງໂດຍໄມ່ຄິດຕ່າງໆຈ່າຍໄດ້ ។

១០) ອາກພບປັນຫາຜົລິຕກັນທີ່ໄມ່ເປັນໄປຕາມຄຸນລັກຂະນະທີ່ກໍານັດ ຢ້ອງທາງບຣິ່ຈັກຜູ້ຂາຍໄມ່ສາມາດດໍາເນີນການແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ເກີດກັບຜົລິຕກັນທີ່ໄດ້ ອາກຄະແພທສຕ່ວົງບຣິ່ຈັກພາບລສງວິທີຂອງກາເລັກສົນງາມໄດ້

១១) ບຣິ່ຈັກຜູ້ຂາຍຍິນຍອມໃຫ້ຜູ້ຂໍອຍເລັກສົນງາມກ່ອນໜົມດສົນງາມໃນກຣນີພບປັນຫາຄຸນກາພຜົລິຕກັນທີ່ທ່ານສົ່ງຜົລິຕກັນທີ່ຈ່າຍໄດ້

១២) ກຣນີຜູ້ຈະຂາຍໄມ່ປົງປົກຕາມສົນງາມຂໍ້ໄດ້ຂ້ອງນີ້ ຮ້ອມເຄີຍກຳນົດສ່ວນມອບສິ່ງຂອງຕາມໃບສ່ົ່ງໜີ້ ອາກຜູ້ຈະຂາຍໄມ່ສ່ວນມອບສິ່ງຂອງທີ່ຕໍ່ກ່າວ່າໄດ້ກໍານັດໄວ້ ຮ້ອມເຄີຍກຳນົດສ່ວນມອບໄມ່ຖຸກຕ້ອງທີ່ໄມ່ກໍານົດຈ່າຍວ່າຜູ້ຈະຂໍ້ມືສິທິບອກເລັກສົນງາມທັງໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ແຕ່ງບາງສ່ວນໄດ້ ການໃຊ້ສິທິບອກເລັກສົນງາມນີ້ໄມ່ກໍານົດສ່ວນມອບສິ່ງຂອງຕາມໃບສ່ົ່ງໜີ້ ອາກຜູ້ຈະຂາຍໄມ່ສ່ວນມອບສິ່ງຂອງທີ່ຕໍ່ກ່າວ່າໄດ້ກໍານົດໄວ້

១៣) ຜູ້ຢືນເສັນອາຄາທີ່ເຂົ້າວ່າມີການປະນູດຕ້ອງຈັດທ່ານ QR Code ແລະ ຮ້ອມເຄີຍ barcode ຕາມທີ່ຄະແພທສຕ່ວົງບຣິ່ຈັກພາບລກໍານົດໃຫ້ລົງບນແພັກເຈກສິນຄ້າໄດ້ທັງ ລັງ/ກລ່ອງ/ແພັກ ຮ້ອມ ຕາມບຣຸງກັນທີ່ຂອງສິນຄ້ານັ້ນໆ

ຄະນະກຣມການກໍານັດຮາຍລະເອີ້ດ

១.....

(ນາງສິຣິນັ້ນທີ່ ຈິ້ນທອງ)

២.....

(ນາງການກັບຕົນ ບູນນາດ)

៣.....

(ນາຍບຣນວັນທີ່ ຕັນຕືອນ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน 	๓๐
	นานาชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น ตัญญญาชื่อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน 	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ ในการนีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ – <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน 	๔๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....

(นางศิรินันท์ จันทอง)

๒.....

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

เลขที่ແຜນ ๖๗๐๔๒ ลำดับที่ ๒๒ ข້ອແຜນ ເວັບກັນໂສດ ສອ ນາສິກ

ຄວາມຕ້ອງກາຣ ຮລວດຄອບໜ່າຍຫາຍໃຈສໍາຮັບເດັກໂຕ ຊົນດໄມມີ cuff ຂະາດ ๓.๕ ມມ.

ວັດຖຸປະສົງສົກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອາກາສຄຳຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮລວດລມແລະປອດ ໂດຍໄມ້ຕ້ອງຜ່ານຫ່ອງຈຸນຸກແລະລຳຄອສ່ວນບນ

១.ຄຸນລັກໝະນະຫ້ວໄປ

ເປັນຫ່ວທີ່ໄສເຂົ້າໄປໃນຮລວດລມຄອ (trachea) ພາຍຫລັກກາຣເຈາະຄອ (tracheostomy) ໂດຍໄສຜ່ານພິວຫັນແລະ ກລັມເນື້ອຄອ ເພື່ອໃຫ້ອາກາສຄຳຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮລວດລມແລະປອດ ໂດຍໄມ້ຕ້ອງຜ່ານຫ່ອງຈຸນຸກແລະລຳຄອສ່ວນບນແລະເປັນທາງໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍໄອເວາເສມ໌ຫະອກຈາກຮລວດລມຫຼືອຸດເສມ໌ຫະອກຈາກຮລວດລມໄດ້

២.ຄຸນລັກໝະນະເຂົາ

- ១) ທ່ອເຈາະຄອແບບໄມ່ມີທ່ອໜັນໃນ ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບກາຍພາພຂອງເດັກ ແລະມີຂ້ອຕ່ອ (Connector)
- ២) ສາມາຮັດເຫັນຈາກພາພຄ່າຍຮັງສີ ສາມາຮັດໃຫ້ໄດ້ເນື້ອທ່ານ MRI ແລະຈາຍແສງ (radiation oncology)
- ៣) ປຶກຂອງທ່ອເຈາະຄອ (Neck Plate) ອ່ອນນຸ່ມແລະຢືດຫຸ່ນແລະມີຮູ້ສໍາຫັນຄັ້ງເຊື້ອກ, ບນ Neck-plate ຮະບຸໜາດຂອງ tube (size), I/D, O/D
- ៤) ມຸນຂອງທ່ອເຈາະຄອ (Neck plate) ຜ່າຍຍືດໃຫ້ທ່ອອຸໟໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມ
- ៥) ແກນນໍາຮ່ອງ (Obturator) ປລາຍເຮົາກີບເຮົາມນ
- ៦) ຂະາດ ၃.៥ , I/D ၃.៥ ມມ. , O/D ຮະຫວ່າງ ၅.၃ - ၅.၅ ມມ. , Length ຮະຫວ່າງ ၃၈ - ၄၀ ມມ.
- ၇) ບຣຽຈຸກັນທີ ១ ຜູ້ດປຣກອບດ້ວຍ Tracheostomy tube ១ ຂື້ນ, Obturator ១ ຂື້ນ, Tape tie ១ ຂື້ນ
- ៨) ແສດຂ້ອຄວາມຫຼືອສັນລັກໝະນົມແສດງໄວ້ຢ່າງໜັດເຈນບນທີ່ບໍ່ໄດ້ ໂດຍຮະບຸໜ້ອຄວາມສໍາຄັນດັ່ງນີ້
 - ວັດຖຸທີ່ບຣຽຈຸ ຂະາດແລະຈຳນວນ
 - ວັນທີຜລິດ ຮີ້ວ່າ Lot ກາຣຜລິດ
 - ວັນທີມດອຍ
 - ມີ Indicator ທີ່ສາມາຮັດປັ້ງໜີໃຫ້ວ່າຜ່ານກາຣຝ່າເຂົ້ວແລ້ວ

៩) ສິນຄ້າຂອງບຣີ້ຫໍທີ່ໄດ້ຮັບກາຣຝຶຈາຣນາຕ້ອງເປັນສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງແທ້ຂອງໃໝ່ ໄນເຄຍໃໝ່ຈາກນາກຄ່ອນໄມ່ເປັນຂອງເກົ່າເກີບທັງມືຄຸນພາພແລະຄຸນສົມບັດໄມ້ຕໍ່ກ່າວວ່າທີ່ກໍານັດໄວ້

១០) ຜລິຕັກັນທີ່ຕ້ອງມີຄຸນພາພສໍາເສນອເໜືອນກັນທຸກ Lot ກຣນີພບວ່າສິນຄ້າ Lot ໄດ້ມີປັບປຸງທັງໝົດຂ້າຍຕ້ອງປັບປຸງສິນຄ້າຕາມຮາຄາທີ່ບຣີ້ຫໍເສນອໄວ້ພວ້ນມະເຫຍສິນຄ້າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ມີປັບປຸງໂດຍໄມ້ຄືດຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້ ។

១១) ອາກພບປັບປຸງທັດແກນສິນຄ້າທີ່ໄມ້ເປັນໄປຕາມຄຸນລັກໝະນະທີ່ກໍານັດ ອີ່ວ່າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້ ອີ່ວ່າທັດແກນພາພສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້ ອີ່ວ່າທັດແກນພາພສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້

១២) ບຣີ້ຫໍຜູ້ຈະຂາຍຍືນຍອມໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍເລີກສັນຍາກ່ອນມີດສັນຍາໃນກຣນີພບປັບປຸງທັງໝົດຄຸນພາພຈາກຜລິຕັກັນທີ່ທ່ານໄດ້ ເສີຍຕ່ອຜູ້ປ່າຍຫຼືອຸ້ງໃໝ່ຜລິຕັກັນທີ່ ແລະບຣີ້ຫໍຜູ້ຈະຂາຍຕ້ອງຊີ້ວ່າ ທີ່ເສີຍຫາຍາຕາມມູລຄ່າຂອງຮາຄາພັດທະນັ້ນໆ

១៣) ກຣນີຜູ້ຈະຂາຍໄມ້ປົງປັບຕົວຕາມສັນຍາຂ້ອໄຂດ້ຂ້ອທີ່ ຮີ້ວ່າມີຄົບກໍານັດສ່ວນມອບສິ່ງຂອງຕາມໃບສ່ົ່ງຂ້ອ້າ ອາກຜູ້ຈະຂາຍໄມ້ສ່ວນມອບສິ່ງຂອງທີ່ຕໍ່ກ່າວວ່າ ອີ່ວ່າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້ ອີ່ວ່າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້ ອີ່ວ່າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້ ອີ່ວ່າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້

១៤) ຜູ້ຢືນເສນອຮາຄາທີ່ເຂົ້າວ່າກາຣປະນູລັດຕ້ອງຈັດທໍາ QR Code ແລະຫຼືອ bar code ຕາມທີ່ຄົນພາພສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້ ອີ່ວ່າທັດແກນສິນຄ້າທີ່ກໍານັດໄວ້

ຄະນະກຣມກາຣກໍານັດໄວ້

ຮ.....

(ນາງສີຣິນັນທີ ຈິ່ນທອງ)

ຮ.....

(ນາງກນກຣຕົນ ບຸນນາຄ)

ຮ.....

(ນາຍບຣຣັນວັນຈີ ຕັນຕົມ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีไข้อยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน 	๓๐
	นานาชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น ตัญญญาชื่อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน 	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ – <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน 	๔๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....

(นางศิรินันท์ จันทวงศ์)

๒.....

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณรัชร ตันติคุณ)

เลขที่แผน ๖๗๐๔๑ ลำดับที่ ๗ ชื่อแผน เวชภัณฑ์โสต ศอ นาสิก

ความต้องการ หลอดคอช่วยหายใจสำหรับเด็กโต ชนิดมี cuff ขนาด ๔.๐ มม.

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้อาการผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นท่อที่ใส่เข้าไปในหลอดลมคือ (trachea) ภายหลังการเจาะคอ (tracheostomy) โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อคอ เพื่อให้อาการสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบนและเป็นทางให้ผู้ช่วยไอเอسمะหอกจากหลอดลมหรือดูดเสมหอกจากหลอดลมได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ท่อเจาะคอ แบบมีคัฟชนิด high volume/ low pressure cuff ไม่มีท่อชั้นใน มีข้อต่อ (Connector)
- ๒) สามารถเห็นจากภาพถ่ายรังสี สามารถใช้ได้เมื่อทำ MRI และฉายแสง (radiation oncology)
- ๓) มีสายที่เติมลม (inflation line) และลินที่เติมลม (inflation valve)
- ๔) ปีกของท่อเจาะคอ (Neck Plate) อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นและมีรูสำหรับกล้องเชือก, บัน Neck plate ระบุขนาดของ tube (size), I/D, O/D
- ๕) นูമของท่อเจาะคอ (Neck plate) ช่วยยึดให้ท่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๖) แคนนาร์เจ (Obturator) ปลายเรียวเล็กเรียบมน
- ๗) ขนาด ๔.๐ , I/D ๔.๐ มม. , O/D ระหว่าง ๕.๙ - ๖.๐ มม. , Length ระหว่าง ๓๙ - ๔๑ มม.
- ๘) บรรจุภัณฑ์ ๑ ชุดประกอบด้วย Tracheostomy tube ๑ ชิ้น, Obturator ๑ ชิ้น, Tape tie ๑ ชิ้น
- ๙) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวน
 - วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๑๐) สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่า เก็บทึ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๑๑) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพส่งเสริมและมีเอกลักษณ์ของบริษัทที่ไม่ซ้ำกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยน สินค้าตามราคากลางที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๑๒) หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
- ๑๓) บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากลางดุณนั้นๆ
- ๑๔) กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๑๕) ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....


(นางศิรินันท์ จันทอง)

๒.....


(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....


(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีเชือยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน	๓๐
	นناชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	- ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ - <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....


(นางศิรินันท์ จันทวงศ์)

๒.....


(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....


(นายบรรณวัชร ตันติกุล)

เลขที่แผน ๖๗๐๔๑ ลำดับที่ ๘ ชื่อแผน เวชภัณฑ์โสต ศอ นาสิก

ความต้องการ หลอดคอช่วยหายใจสำหรับเด็กโต ชนิดมี cuff ขนาด ๔.๕ มม.

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้อาการผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นท่อที่ใส่เข้าไปในหลอดลมคือ (trachea) ภายหลังการเจาะคอ (tracheostomy) โดยใส่ผ่านผิวนังและกล้ามเนื้อคอ เพื่อให้อาการสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบนและเป็นทางให้ผู้ช่วยไอเสียเมหะออกจากหลอดลมหรือดูดเต็มเมหะออกจากหลอดลมได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ท่อเจาะคอ แบบมีคัฟชนิด high volume/ low pressure cuff ไม่มีท่อชั้นใน มีข้อต่อ (Connector)
- ๒) สามารถเห็นจากภาพถ่ายรังสี สามารถใช้ได้เมื่อทำ MRI และฉายแสง (radiation oncology)
- ๓) มีสายที่ใช้เติมลม (inflation line) และลินที่เติมลม (inflation valve)
- ๔) ปีกของท่อเจาะคอ (Neck Plate) อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นและมีรูสำหรับกล้องเชือก, บน Neck plate ระบุขนาดของ tube (size), I/D, O/D
 - ๕) นูมของท่อเจาะคอ (Neck plate) ช่วยยึดให้ท่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 - ๖) แคนนาร์อ (Obturator) ปลายเรียวเล็กเรียบมน
 - ๗) ขนาด ๔.๕ , I/D ๔.๕ มม. , O/D ระหว่าง ๖.๖ - ๖.๗ มม. , Length ระหว่าง ๔๐ - ๔๒ มม.
 - ๘) บรรจุภัณฑ์ ๑ ชุดประกอบด้วย Tracheostomy tube ๑ ชิ้น, Obturator ๑ ชิ้น, Tape tie ๑ ชิ้น
 - ๙) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนทึบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวน
 - วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
 - ๑๐) สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
 - ๑๑) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนอกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาก่อนที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
 - ๑๒) หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
 - ๑๓) บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญา ก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราค้าพัสดุคงวนั้นๆ
 - ๑๔) กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อซึ่งข้อหารือสั่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
 - ๑๕) ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....


(นางศิรินันท์ จันทอง)

๒.....


(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีไข้อยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน	๓๐
	นานาชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	- ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ ในการนี้เวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ – <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....

(นางศิรินันท์ จันทอง)

๒.....

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณวัชร ตันติกุณ)

เลขที่แนบ ๖๗๐๔๒ ลำดับที่ ๒๐ ชื่อแนบ เวชภัณฑ์สต ศอ นาสิก

ความต้องการ หลอดคอช่วยหายใจสำหรับเด็กโต ชนิดมี cuff ขนาด ๕.๐ มม.

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้อาการสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นท่อที่ใส่เข้าไปในหลอดลม (trachea) ภายหลังการเจาะคอ (tracheostomy) โดยใส่ผ่านผิวนังและกล้ามเนื้อคอ เพื่อให้อาการสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบนและเป็นทางให้ผู้ช่วยไอเสียหลอกจากหลอดลมหรือดูดเสมหะออกจากหลอดลมได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ท่อเจาะคอ แบบมีคัพชนิด high volume/ low pressure cuff ไม่มีท่อชั้นใน มีข้อต่อ (Connector)
- ๒) สามารถเห็นจากภาพถ่ายรังสี สามารถใช้ได้เมื่อทำ MRI และฉายแสง (radiation oncology)
- ๓) มีสายที่ใช้เติมลม (inflation line) และลินที่เติมลม (inflation valve)
- ๔) ปีกของท่อเจาะคอ (Neck Plate) อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นตามรูปร่างเชือก, บน Neck plate ระบุขนาดของ tube (size), I/D, O/D
- ๕) มุมของท่อเจาะคอ (Neck plate) ช่วยยึดให้ท่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๖) แกนนำร่อง (Obturator) ปลายเรียวเล็กเรียบมน
- ๗) ขนาด ๕.๐ , I/D ๕.๐ มม. , O/D ระหว่าง ๗.๒ - ๗.๓ มม. , Length ระหว่าง ๔๒ - ๔๔ มม.
- ๘) บรรจุภัณฑ์ ๑ ชุดประกอบด้วย Tracheostomy tube ๑ ชิ้น, Obturator ๑ ชิ้น, Tape tie ๑ ชิ้น
- ๙) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนทึบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวน
 - วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๑๐) สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่า เก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๑๑) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยน สินค้าตามราคาก่อนที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๑๒) หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิธิรพยาบาลส่วนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
- ๑๓) บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคាដึงดูงวดนั้นๆ
- ๑๔) กรณีผู้จะขายไม่มีปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิธิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๑๕) ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์ วิธิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....

(นางศิรินันท์ จันทร์ทอง)

๒.....

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี <ul style="list-style-type: none"> - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน 	๓๐
	นายนาชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน 	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน 	๕๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ – <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน 	๕๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....


(นางศิรินันท์ จันทอง)

๒.....


(นางกนกวรรณ บุนนาค)

๓.....


(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

เลขที่แนบ ๖๗๐๔๒ ลำดับที่ ๒๑ ข้อแนบ เวชภัณฑ์สโตร ศอ นาสิก

ความต้องการ หลอดคอช่วยหายใจสำหรับเด็กโต ชนิดมี cuff ขนาด ๕.๕ มม.

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้อาการผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นท่อที่ใส่เข้าไปในหลอดลมคือ (trachea) ภายหลังการเจาะคอ (tracheostomy) โดยใส่ผ่านผิวนังค์และกล้ามเนื้อคอ เพื่อให้อาการสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและปอด โดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบนและเป็นทางให้ผู้ช่วยไอเอามะหะออกจากหลอดลมหรือดูดเสมหะออกจากหลอดลมได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) ท่อเจาะคอ แบบมีคัฟชนิด high volume/ low pressure cuff ไม่มีท่อชั้นใน มีข้อต่อ (Connector)
- ๒) สามารถเห็นจากภาพถ่ายรังสี สามารถใช้ได้เมื่อทำ MRI และฉายแสง (radiation oncology)
- ๓) มีสายที่ใช้เติมลม (inflation line) และลินที่เติมลม (inflation valve)
- ๔) ปีกของท่อเจาะคอ (Neck Plate) อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นตามรูปร่างหลังกล้องเชือก, บน Neck plate ระบุขนาดของ tube (size), I/D, O/D
- ๕) มุนของท่อเจาะคอ (Neck plate) ช่วยยึดให้ท่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๖) แคนนาร์ร่อง (Obturator) ปลายเรียวเล็กเรียบมน
- ๗) ขนาด ๕.๕ , I/D ๕.๕ มม. , O/D ระหว่าง ๗.๕ - ๗.๘ มม. , Length ระหว่าง ๔๔ - ๔๖ มม.
- ๘) บรรจุภัณฑ์ ๑ ชุดประกอบด้วย Tracheostomy tube ๑ ชิ้น, Obturator ๑ ชิ้น, Tape tie ๑ ชิ้น
- ๙) แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุ ขนาดและจำนวน
 - วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- ๑๐) สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่า เก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้
- ๑๑) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อนับกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยน สินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๑๒) หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
- ๑๓) บริษัทผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคากล่องเดือนนั้นๆ
- ๑๔) กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งช้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๑๕) ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์ วิชรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....

(นางศิรินันท์ จันทอง)

๒.....

(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....

(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๑๗๐๙๖๒ ลำดับที่ ๑ - ๓๕

หลักเกณฑ์ประเมินราคายield ต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริง ในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในโรงเรียนแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและ	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มี - ≥ ๔ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๓ ฉบับ ได้ ๓๐ คะแนน	๓๐
	นานาชาติ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย หรือวารสารทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	- ๒-๓ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๒ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน - ๑-๒ แห่ง หรือมีเอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูกยอมรับ ≥ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ – <๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๐ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....


(นางศิรินันท์ จันทร์ทอง)

๒.....


(นางกนกรัตน์ บุนนาค)

๓.....


(นายบรรณวัชร ตันติคุณ)