

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๓ Surgical Drapes/Gown
คุณลักษณะผ้าคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อบริเวณกระดูกส่วนขา

๑. ชื่อเวชภัณฑ์ : ผ้าคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อบริเวณกระดูกส่วนขา

๑.๑ ความต้องการ : เพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งและเชื้อโรค

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อนของสิ่งคัดหลั่งและเชื้อโรค

๒.๒ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (non-woven material) สามารถกันน้ำ และสิ่งคัดหลั่ง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ บรรจุภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได้ แสดงการผลิตและหมดอายุชัดเจน

๔.๒ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (non-woven material) มีความสามารถในการดูดซับเลือดและสิ่งคัดหลั่งได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อแรงกดทับและไม่เหนียวน้ำให้ติดไฟได้ง่าย มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๓๐๐ cm

๔.๓ ช่องเจาะกลางมีความยืดหยุ่น ช่วยให้กระชับขณะใช้งาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ cm สำหรับสอดผ่านขาของคนไข้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

๔.๔ มีแผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นใยสังเคราะห์ที่ได้รับการผลิตด้วยวิธีพิเศษให้มีความสามารถในการดูดซับของเหลวได้ และมีแผ่นฟิล์มบางๆ เคลือบด้านหลัง ทำให้ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านลงสู่ด้านล่าง

๔.๕ ด้านที่สัมผัสกับผู้ป่วยทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความนุ่มนวล (soft nonwoven) ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของผู้ป่วย

๔.๖ มีรูสำหรับสอดสายจี้และท่อระบาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน


๔.๗ บรรจุใน Peel pack ที่ได้มาตรฐาน การเปิดใช้งานสะดวกไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนง่าย


๔.๘ แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
- วันหมดอายุ

๔.๙ ผู้ขายมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๑. 
.....
(นายสุธี ทวีพันธุ์สานต์)

๒. 
.....
(นายวริทธิ วัชรปรีชาสกุล)

๓. 
.....
(นางสาวศิริพร จัตวา)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๓ Surgical Drapes/Gown
คุณลักษณะผ้าคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อสำหรับการผ่าตัดไหล่ผ่านกล้อง ในท่านอนหงาย

๑. ชื่อเวชภัณฑ์ : ผ้าคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อสำหรับการผ่าตัดไหล่ผ่านกล้อง ในท่านอนหงาย

๑.๑ ความต้องการ : เพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งและเชื้อโรค

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งและเชื้อโรค

๒.๒ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (non-woven material) สามารถกันน้ำ และสารคัดหลั่ง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ บรรจุภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบได้ แสดงการผลิตและหมดอายุชัดเจน

๔.๒ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (non-woven material) มีความสามารถในการดูดซับเลือดและสารคัดหลั่งได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อแรงกดทับและไม่เหนียวน้ำให้ติดไฟได้ง่าย มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ x ๒๔๐ cm

๔.๓ ช่องเจาะกลางมีความยืดหยุ่น ช่วยให้กระชับขณะใช้งาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ cm สำหรับสอดผ่านแขนของคนไข้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

๔.๔ มีแผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นใยสังเคราะห์ที่ได้รับการผลิตด้วยวิธีพิเศษให้มีความสามารถในการดูดซับของเหลวได้ และมีแผ่นฟิล์มบางๆ เคลือบด้านหลัง ทำให้ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านลงสู่ด้านล่าง

๔.๕ ด้านที่สัมผัสกับผู้ป่วยทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความนุ่มนวล (soft nonwoven) ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของผู้ป่วย

๔.๖ มีถุงรองรับน้ำ และมีท่อระบายของเหลวออกสู่ภายนอกถุงได้ตลอดเวลา

๔.๗ มีแถบเทปสำหรับแปะเก็บสายจี้และท่อระบาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๔.๘ บรรจุใน Peel pack ที่ได้มาตรฐาน การเปิดใช้งานสะดวกไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนง่าย

๔.๙ แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
- วันหมดอายุ

๔.๑๐ ผู้ขายมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๑.....
(นายสุธี ทวีพันธุ์สานต์)


๒.....
(นายวรวิทย์ วัชรปรีชาสกุล)


๓.....
(นางสาวศิริพร จัตุวา)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล
๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า
๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๓ นี้)
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....  ประธานกรรมการ
(นายสุธี ทวีพันธุ์สานต์)

๒.....  กรรมการ
(นายวริทธิ วิชรปรีชาสกุล)


๓.....  กรรมการ
(นางสาวศิริพร จัตวา)


หลักเกณฑ์ในการพิจารณา


หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๔๐ คะแนน
๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

๑. 
(นายสุธี ทวีพันธุ์สานต์)

๒. 
(นายวริทธิ วัชรปรีชาสกุล)

๓. 
(นางสาวศิริพร จัตวา)