

แผนการจัดซื้อ ๖๗๐๒๔ เวชภัณฑ์ทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์

รายการที่ ๑ - ๔ เฟือกปูนพลาสเตอร์ (PLASTER OF PARIS)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเฟือกปูนพลาสเตอร์ (PLASTER OF PARIS) ใช้เป็นอุปกรณ์ตาม รักษาอวัยวะต่างๆ ที่มีการแตกหักร้าว เมื่อเฟือกแห้งจะมีความแข็งแรงทนทานต่อการรับน้ำหนัก ไม่แตกหักหรือร้าว

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เฟือกปูนพลาสเตอร์ มีขนาด ๒,๓,๔,๖ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๗ เมตร
๒. เป็นอุปกรณ์ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก ร้าว แตก ใช้สำหรับทำเฟือกกลม หรือเปือกในการตามแขน ขา และลำตัว
๓. เป็นเฟือกปูนพลาสเตอร์ ทำมาจากยิปซัม(GYPSUM)
๔. แต่ละขนาดมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๗ เมตร พันรอบแกนพลาสติกมีช่องน้ำผ่านเพื่อสะดวกในการซึมน้ำ โดยแต่ละม้วนแยกบรรจุในถุงกันแสงและกันความชื้นเพื่อควบคุมคุณภาพของเฟือก
๕. ใช้งานโดยชุบน้ำธรรมดา อุณหภูมิห้องเมื่อจุ่มน้ำเปียกจะดูดซึมน้ำได้เร็วทั่วถึงภายใน ๕ วินาที มีการสูญเสียเนื้อปูนน้อย
๖. ใช้เวลาในการเซตตัวไม่ช้าหรือเร็วเกินไป
๗. เวลาปั้นเฟือกเนื้อปูนต้องประสานเป็นเนื้อเดียว ไม่แข็งหรือนุ่มเกินไป ขณะปั้นหรือขึ้นรูปเฟือก
๘. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
๙. บรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ชื่อ ขนาด วันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ แสดงชัดเจน บนบรรจุภัณฑ์
๑๐. มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่บ่งชี้ถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ .....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุรรัตน์ วัจนะอม)
- ๒ .....กรรมการ  
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓ .....กรรมการ  
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

แผนการจัดซื้อ ๖๗๐๒๔ เวชภัณฑ์ทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์

รายการที่ ๕ - ๗ ผ้ายืดพันเคล็ด (ELASTIC BANDAGE)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นผ้าพันชนิดยืดใช้สำหรับพัน เพื่อพยุงกล้ามเนื้อและข้อต่างๆของร่างกาย หรือใช้สำหรับพันแผล  
คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีความยาวตามขนาดหน้ากว้างและความยาวเมื่อยืดออกไม่น้อยกว่า ดังนี้

๑.๑ ๓ นิ้ว x ๕ หลา

๑.๒ ๔ นิ้ว x ๕ หลา

๑.๓ ๖ นิ้ว x ๕ หลา

๒. เป็นผ้ายืด ทำจากเส้นใยอีลาสติก และ Cotton ถักทอเป็นม้วน

๓. การทอเป็นการทอแบบพิเศษ ทำให้สามารถยืดได้สม่ำเสมอทั้งม้วน ไม่ย่นขณะยืด

๔. สีของเส้นด้ายที่ทอ อีลาสติกเป็นเส้นด้ายสีเนื้อ ทำให้เวลาพันกับคนไข้แล้วสีจะเหมือนกับ  
สีเนื้อคนไข้

๕. สามารถซักทำความสะอาดได้ โดยไม่ยืดออกหลังการซัก และสีของผ้าไม่ตก

๖. เมื่อตัดผ้าอีลาสติก ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ต้องไม่ทำขอบหลุดลุ่ยขณะตัด

๗. บรรจุและหีบห่อมีระบบมิดชิดเพื่อป้องกันเวชภัณฑ์ปนเปื้อนความชื้นและสิ่งสกปรก

๘. บรรจุภัณฑ์ต้องระบุชื่อ ขนาด วันผลิต Lot. Number หรือวันหมดอายุ แสดงชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

๙. มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเอกสารที่  
บ่งชี้ถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นสากล

๑๐. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๑๑. เมื่อทำการ Autoclave เพื่อทำปราศจากเชื้อแล้ว สามารถยืดได้สม่ำเสมอทั้งม้วน ไม่ยืดและไม่ย่น  
ขณะดึง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์อม)

๒ .....กรรมการ  
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

๓ .....กรรมการ  
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

แผนการจัดซื้อ ๖๗๐๒๔ เวชภัณฑ์ทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์

รายการที่ ๑๐ -๑๑ อลูมิเนียม Foam Finger Splint ขนาด ½ นิ้ว และ ๑ นิ้ว

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นฝือกตามนิ้ว ใช้สำหรับสวมป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บ ปวด บวม จากการบาดเจ็บของบริเวณ นิ้วมือและข้อของนิ้วมือ


คุณลักษณะเฉพาะ

๑. วัสดุทำจากอะลูมิเนียมด้านหนึ่ง และโฟมชนิดพิเศษอีกด้านหนึ่ง
๒. มีขนาด ½ นิ้ว และ ๑ นิ้ว
๓. สามารถตัดแต่งและตัดแบ่ง Foam Finger Splint ตามความยาวที่ต้องการได้
๔. สามารถปรับรูปทรงตามลักษณะทางกายวิภาคของนิ้วได้
๕. บรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ชื่อ ขนาด วันผลิต Lot. Number หรือวันหมดอายุ แสดงชัดเจนบน

บรรจุภัณฑ์

๖. มีเอกสารหลักฐานแสดงการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเอกสารที่บ่งชี้ถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆที่เป็นสากล
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุธีรัตน์ วงศ์อม)

๒ ..........กรรมการ  
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

๓ ..........กรรมการ  
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา รายการที่ ๑ – รายการที่ ๑๕

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๔๐ คะแนน
๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตามจำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แห่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนนได้ ๒๐ คะแนน -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ  
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)

๒ .....กรรมการ  
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

๓ .....กรรมการ  
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)