

แผน ๖๗๐๙๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)

รายการที่ ๑ Ultrasound probe with cleaning brush for PCNL อุปกรณ์กรอเนื้อไตด้วย
เครื่อง Ultrasound

ความต้องการ Ultrasound probe with cleaning brush for PCNL อุปกรณ์กรอเนื้อไตด้วยเครื่อง
Ultrasound หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๕๕-๐๗๑๒๒๓๐๐-๑๒๐๓๒๘๐๐-๐๐๐๐๑

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์กรอเนื้อไต โดยทำงานร่วมกับเครื่องสลายเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับต่อร่วมกับเครื่องสลายเนื้อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้วได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๓.๘ มิลลิเมตร
๒. มีความยาวของช่วงใช้งานไม่ต่ำกว่า ๔๐๓ มิลลิเมตร
๓. สามารถทำการฆ่าเชื้อได้โดยวิธีการแช่น้ำยา และอบไอน้ำความดันสูงได้ (Autoclave)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นอย่างใหม่ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตรหัสต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตรหัสที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตรหัสได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตรหัสที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตรหัส และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
พัสดุนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์) ๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรต้น) ๓.  กรรมการ (นางนุจรี ธาราเอียรไท)

แผน ๖๗๐๙๘ เวชภัณฑ์คัดสรรทางเดินปัสสาวะ (๓)

รายการที่ ๒ ชุดสายสวนขยายท่อปัสสาวะสำหรับผู้ชาย

ความต้องการ ชุดสายสวนขยายขนาดท่อปัสสาวะสำหรับผู้ชาย ชนิด S-Curve

วัตถุประสงค์ สำหรับขยายขนาดท่อปัสสาวะ (Urethral) สำหรับผู้ชาย เนื่องจากเกิดการตีบแคบของท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุของการอุดกั้นทำให้ปัสสาวะไม่ออกเกิดปัสสาวะคั่งค้าง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. อุปกรณ์มีรูปร่างโค้งงอเป็นรูปตัวเอส (S)
๒. เคลือบด้วย Hydrophilic polymer หรือสารอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งช่วยให้สายลื่นเมื่อโดนน้ำ
๓. มีขนาดตั้งแต่ ๘.๐ , ๑๐.๐ , ๑๒.๐ , ๑๔.๐ , ๑๖.๐ , ๑๘.๐ และ ๒๐.๐ Fr.
๔. ความยาวไม่เกิน ๓๗ เซนติเมตร
๕. ส่วนปลายด้านหนึ่งจะมีลักษณะเรียวยาว และมีรูระบายด้านข้าง
๖. ผ่านขบวนการปราศเชื้อแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์) ๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรตัน) ๓.  กรรมการ (นางนุจรี ธารเอียรไท)

แผน ๖๗๐๙๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)

รายการที่ ๓ Toomey syringe for scope irrigation ชุดล้างปัสสาวะชนิด Toomey

ความต้องการ Toomey syringe for scope irrigation ชุดล้างปัสสาวะชนิด Toomey
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดูดชิ้นเนื้อ สำหรับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโต

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ส่วนที่เป็นโลหะทำจากวัสดุไร้สนิม
๒. สามารถนั่งฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดได้
๓. ท่อแก้วดูดเศษชิ้นเนื้อเยื่อขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี
๔. ปลายท่อบีบเข้าล็อคได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตรภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตรภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิออกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตรภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตรภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)
๒.....กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรรัตน์)
๓.....กรรมการ (นางนุจรี ธาราเกียรติ)

แผน ๒๗๐๙๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)

รายการที่ ๔ เข็มเจาะไตผ่านผิวหนัง

ความต้องการ เข็มเจาะไตผ่านทางผิวหนัง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเจาะไตผ่านทางผิวหนัง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ใช้สำหรับเจาะไตผ่านทางผิวหนัง
๒. อุปกรณ์บรรจุในซอง Sterile พร้อมใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาดอย่างน้อย ๑๘ Gauge และมีความยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร
๒. สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก X-Ray และ Ultrasound
๓. สามารถใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาดไม่เกิน ๐.๐๓๘ นิ้วได้

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตรหัสต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตรหัสไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตรหัสได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตรหัสที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตรหัส และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๖. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑. 

(ผศ.รฐวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)

๒. 

(นางนงลักษณ์ จันทรต้น)

๓. 

(นางนุจะรี ธาราเอียรไทย)

แผน ๖๗๐๙๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ ๕ ป्लอกสวมสายสวนเพื่อขยายผิวหนังสำหรับเจาะไต

ความต้องการ ป्लอกสวมสายสวนเพื่อขยายผิวหนังสำหรับเจาะไต

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณลักษณะทั่วไป เป็นปลอกสำหรับสวมทับสายถ่างขยายไตผ่านทางผิวหนังโดยใส่เข้าไปเป็นทางผ่านในขณะที่ทำการตัดการเจาะไตผ่านทางผิวหนัง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวปลอกทำจากวัสดุ PTFE มีความลื่น
๒. ปลอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่เกิน ๓๐ เฟรนช์
๓. ปลอกมีความยาวไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร
๔. สามารถเห็นได้ชัดเจนจาก X-Ray
๕. อุปกรณ์บรรจุในซอง Sterile พร้อมใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิออกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)	๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)	๓.  กรรมการ (นางนงรี ธาราเอียรไทย)
---	--	---

แผน ๒๗๐๔๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ 6 - 7 ปากคิ๊บสำหรับการผ่าตัดนิ้วในไต

ความต้องการ ปากคิ๊บสำหรับการผ่าตัดนิ้วในไต ชนิด Dolphin และ Alligator
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับประกอบการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ
คุณลักษณะทั่วไป

๑. ส่วนที่เป็นโลหะต้องเป็นวัสดุไร้สนิม
๒. ปากคิ๊บขึ้นเนื้อในไต ความยาว ไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร
๓. มีปากปลายหยักอยู่ด้านใน โดยรอบตรงกลางมีรูเปิด
๔. สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
พัสดุงวดนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)
๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรต้น)
๓.  กรรมการ (นางนุจะรี ธาราเอียรโท)

แผน ๖๗๐๔๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)

รายการที่ 8 สายสวนขยายท่อทางเดินปัสสาวะ ชนิดบอลูน

ความต้องการ สายสวนขยายท่อทางเดินปัสสาวะ ชนิดบอลูน

วัตถุประสงค์ เป็นสายสวนที่ส่วนปลายมีบอลูนสำหรับถ่วงขยายท่อทางเดินปัสสาวะโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนที่ส่วนปลายมีบอลูนสำหรับถ่วงขยายท่อทางเดินปัสสาวะ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ
๒. อุปกรณ์บรรจุในซอง Sterile พร้อมใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. บอลูนเป็น High Pressure สามารถต้านทานความดันสูงสุดไม่เกิน ๒๐ ATM
๒. บอลูนเคลือบสารพิเศษ (HydroPlus coating) หรือสารอื่นที่เทียบเทียบ หรือดีกว่า ทำให้มีความลื่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งผ่านสายสวน
๓. บอลูนเมื่อขยายเต็มที่ มีลักษณะเป็น non-compliant เพื่อช่วยให้บอลูนขยายออกด้วยแรงสม่ำเสมอ ไม่บดงอตามการตีตันของท่อทางเดินปัสสาวะ
๔. บอลูนเมื่อขยายเต็มที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร
๕. ความยาว (Balloon Length) ไม่เกิน ๔ เซนติเมตร
๖. ส่วนปลายของบอลูนมีสารที่บ่งชี้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก X-Ray
๗. สามารถใช้กับลวดนำทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ไม่เกิน ๐.๐๓๘ นิ้ว ได้
๘. ในชุดประกอบด้วย บอลูนและ Stopcock

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์) ๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรรัตน์) ๓.  กรรมการ (นางนุจรี ธาราเอียรไท)

๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ
(ผศ.รัฐวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)

๒.  กรรมการ
(นางนงลักษณ์ จันทรรัตน์)

๓.  กรรมการ
(นางนุจะรี ธาราเอียรไท)

แผน ๖๗๐๙๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ ๙ สายคล้องและลากนิ้วในท่อไตและในไต

ความต้องการ สายคล้องและลากนิ้วในท่อไตและในไต

วัตถุประสงค์ เป็นสายที่ส่วนปลายมีตะกร้อสำหรับคล้องและลากนิ้วในท่อไตและในไตโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายที่ส่วนปลายมีตะกร้อสำหรับคล้องและลากนิ้วในท่อไตและในไตโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ
๒. อุปกรณ์บรรจุในซอง Sterile พร้อมใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. บริเวณปลายสายคล้องและลากนิ้วมีลักษณะเป็นตะกร้อ ทำจาก Nitinol หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
๒. Nitinol ส่วนที่เป็นตะกร้อมีจำนวนไม่เกิน ๔ เส้น เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถคล้องและลากนิ้วได้ง่าย
๓. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายมีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย ดังนี้ ๑.๙, ๒.๔ หรือ ๓ เฟรนช์ ความยาวอย่างน้อย ๑๒๐ เซนติเมตร
๔. สายคล้องนิ้วและลากนิ้วในท่อไตและในไต มีลักษณะเป็นเส้นยาวด้านนอกหุ้มด้วย Sheath ทำจากวัสดุ Polyimide/PFTE หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อมพรพัฒน์)
๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)
๓.  กรรมการ (นางนุจรีย์ ธาราเกียรติ)

๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.....

(ผศ.ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)

๒.....

(นางนงลักษณ์ จันทรรัตน์)

๓.....

(นางนุจะรี ธาราเกียรติ)

แผน ๖๗๐๙๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ 10 สายสวนขยายท่อไต ประกอบการส่องกล้องในท่อไตชนิดโค้งงอได้

ความต้องการ สายสวนขยายท่อไต ประกอบการส่องกล้องในท่อไตชนิดโค้งงอได้

วัตถุประสงค์ เป็นสายสวนขยายท่อไต ประกอบการส่องกล้องในท่อไตชนิดโค้งงอได้ โดยใส่ค่าไว้ขณะ
ทำหัตถการเพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกของกล้องส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนขยายท่อไต ประกอบการส่องกล้องในท่อไตชนิดโค้งงอได้ โดยใส่ค่าไว้ขณะทำหัตถการ
เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกของกล้องส่องตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ
๒. อุปกรณ์บรรจุในซอง Sterile พร้อมใช้งานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สายสวน (Dilator) และปลอกหุ้ม (Sheath) เคลือบสารพิเศษ (Hydrophilic) หรือสารอื่นๆ
ที่เทียบเท่า ทำให้มีความลื่น
๒. ส่วนปลายเรียวและยืดหยุ่น (Flexible Tip) เพื่อสะดวกในการใส่ผ่านท่อทางเดินปัสสาวะ
๓. สายสวน (Dilator) มีลักษณะเป็น Dual durometer มีความแข็งแรง เพื่อความสามารถในการ
ส่งผ่านสายสวนในท่อทางเดินปัสสาวะที่มีความซับซ้อน (Tortuous anatomy)
๔. ปลอกหุ้ม (Sheath) มีลักษณะเป็น stainless steel coil เพื่อช่วยลดการหักงอ (Kink resistance)
ในการส่งผ่านสายสวนในท่อทางเดินปัสสาวะที่มีความซับซ้อน (Tortuous anatomy)
๕. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน ๑๕ เฟรนช์
๖. ความยาวไม่เกิน ๔๖ เซนติเมตร
๗. ส่วนปลายสุดของสายมีสารทึบรังสี สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก X-Ray

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
พัสดุวงวนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)	๒. กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทร์ตัน)	๓. กรรมการ (นางนงรี ธารเอียรไธ)
--	---	--

ผู้จะซื้อสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.....

(ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)

๒.....

(นางนงลักษณ์ จันทรรัตน์)

๓.....

(นางนุจะรี ธาราเอียรไท)

แผน ๖๗๐๙๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ 11 ปากคีบสำหรับการผ่าตัดนิ้วในท่อไต ชนิด Alligator

ความต้องการ Alligator forceps for URS

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับคีบจับนิ้ว หรือชิ้นเนื้อในท่อไต

คุณลักษณะทั่วไป ปากคีบชนิดแบบมีฟันใช้สำหรับคีบจับนิ้ว หรือชิ้นเนื้อในท่อไต

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ปากคีบชนิดแบบมีฟัน
๒. มีขนาดไม่มากกว่า ๔ Fr.
๓. มีความยาวของช่วงใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
๔. สามารถทำการฆ่าเชื้อได้โดยวิธีการแช่น้ำยา และอบไอน้ำความดันสูงได้ (Autoclave)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตรักษะต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตรักษะที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตรักษะได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตรักษะที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตรักษะ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
พัสดุนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวรณ์ วงศ์อมพรพัฒน์)
๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรรัตน์)
๓.  กรรมการ (นางนุจะรี ธาราเอียรไท)

แผน ๖๗๐๙๘ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ 12 ลวดนำทางชนิดลื่น

ความต้องการ สายลวดนำชนิดลื่นพิเศษสีขาว

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นตัวนำทางสายอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำทางเข้าสู่อวัยวะภายใน เช่น สายฉีดยา, สายสวนปัสสาวะหรือหนองจากไตหรือท่อไต, สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี หรือบอลูนลากนิ้ว

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ทำจาก Nitinol หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า มีลักษณะสายกลม
๒. เคลือบด้วย Hydrophilic polymer หรือสารอื่นๆที่เทียบเท่า ซึ่งช่วยให้สายลื่นเมื่อโดนน้ำ
๓. มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมทั้ง ๐.๐๓๕ หรือ ๐.๐๓๘ นิ้ว และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เซนติเมตร
๔. ส่วนปลายระยะ ๓ เซนติเมตรมีหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมทั้งแบบปลายตรง (Straight) และแบบปลายโค้ง (Angled)
๕. มองเห็นได้ชัดเจน เมื่อมองผ่าน X-Ray หรือ Fluoroscopy

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.จิตต์วัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)
๒.....กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)
๓.....กรรมการ (นางนุจรี ธาราเกียรติ)

แผน ๖๗๐๔๔ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (๓)
รายการที่ 13 - 15 ขดลวดผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมากในน้ำเกลือ

ความต้องการ ขดลวดผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมากในน้ำเกลือ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. หัวงสำหรับขูดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากขนาดกลาง (Medium Loop)
๒. หัวจี้สำหรับระเหิดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากแบบหัวเห็ด (Button Loop)
๓. หัวจี้ตัดแบบเข็ม (Needle)

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. หัวงสำหรับขูดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากขนาดกลาง (Medium Loop)
 - ๑.๑ เป็นอุปกรณ์สำหรับขูดหรือตัดเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมาก
 - ๑.๒ มีลักษณะส่วนปลายเป็นเส้นลวดรูปตัวยู (U) ขนาดกลาง (Medium Loop)
 - ๑.๓ ใช้กับเลนส์ ๓๐ องศา
 - ๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว (Disposable) ไม่เหมาะสำหรับการใช้ซ้ำ
๒. หัวจี้สำหรับระเหิดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากแบบหัวเห็ด (Button Loop)
 - ๒.๑ เป็นอุปกรณ์สำหรับระเหิดชิ้นเนื้อ (Vaporisation)
 - ๒.๒ ใช้ได้กับเลนส์ทั้ง ๑๒ และ ๓๐ องศา
๓. หัวจี้ตัดแบบเข็ม (Needle)
 - ๓.๑ เป็นอุปกรณ์สำหรับจี้ตัดแบบเข็ม
 - ๓.๒ ใช้ได้กับทั้งเลนส์ ๑๒ และ ๓๐ องศา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.จิตต์วัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์) (นางนงลักษณ์ จันทรัตน์) (นางนุจรี ธาราเอียรไทย)


๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑. 

ประธานกรรมการ
(ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์)

๒. 

กรรมการ
(นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)

๓. 

กรรมการ
(นางนุจะรี ธาระเชียรไทย)

รายการที่ 16 ลวดตัดต่อมลูกหมาก ๒๔ เฟรนซ์

ความต้องการ ลวดตัดต่อมลูกหมาก ๒๔ เฟรนซ์

วัตถุประสงค์ ใช้ในการตัดต่อมลูกหมากในรายผู้ป่วยที่มีต่อมลูกหมากโตโดยการตัดด้วยกระแสไฟฟ้า
โมโนโพลาร์

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ส่วนที่เป็นโลหะทำจากลวดสแตนเลสหรือวันสตุที่มีคุณภาพเทียบเท่า
๒. สามารถนำไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและอบแก๊สได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ.จิตวัฒน์ วงศ์อมพรพัฒน์)
๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรัตน์)
๓.  กรรมการ (นางนุจรี ธารเกียรติ)

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคา ร้อยละ ๓๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๕	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๔๕	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๔๕ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๒๐ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๑๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๒๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี = ๒๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๕ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๑๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ (ผศ. จิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์) ๒.  กรรมการ (นางนงลักษณ์ จันทรต้น) ๓.  กรรมการ (นางนุจรีย์ ธาราเอียรไท)